

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

V Poličce dne 23. 8. 2022

Žádost o dodatečné informace

Název zakázky: Centrifugy z plánu DDHM

Název zadavatele: **Fakultní nemocnice Brno**
Se sídlem: Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČ: 65269705

Administrace veřejné zakázky

Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Drábková
Telefon: +420 532 231 566
E-mail: Drabkova.Zdenka@fnbrno.cz

Dobrý den,

po prostudování zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky na dodávky Vás žádáme o odpovědi na níže uvedené dotazy.

Dotaz č. 1

Odstředivka typ A – Zadavatel v Příloze č. 1 ZD Technická specifikace mimo jiné uvedl požadavek:

nastavení otáček 300 až 4.500/min (2.490 g)	nastavení otáček 100 až 4.400/min (3.000 x g)
---	---

Bude zadavatel akceptovat výše uvedené parametry při splnění ostatních parametrů?

Dotaz č. 2

Odstředivka typ B – Zadavatel v Příloze č. 1 ZD Technická specifikace mimo jiné uvedl požadavek:

nastavení otáček 1.000 až 14.500/min (12.400 g)	nastavení otáček 800 až 14.500/min (14.1000 x g)
---	--

Bude zadavatel akceptovat výše uvedené parametry při splnění ostatních parametrů?

Dotaz č. 3

Příloha č. 5 – Vzorová servisní smlouva

V článku VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, odst. VII.2 zadavatel uvádí:

„Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a uzavírá se **na dobu neurčitou.**“

Domníváme se, že smlouva by měla být uzavřena maximálně na dobu specifikovanou v požadavcích na servis, tj. celkově na 8 let od ukončení záruční doby přístroje – 10 let od instalace.

Bude zadavatel akceptovat a upraví údaje doby trvání smlouvy z „na dobu neurčitou“ na „na dobu určitou“?

Předem děkujeme za odpovědi na dotazy.

S pozdravem,

Jana Cihlářová
asistentka ředitele a obchodního oddělení

tel.: +420 461 723 563

e-mail: jana.cihlarova@medesa.cz