

Naše zn.: 2022/134222/FNBrno- 15.2.1 – Lu/Dr
Vaše zn.: -

V Brně dne 24. srpna 2022

VZMR – Centrifugy z plánu DDHM, EZAK ev.č. P22V00000462

Odpověď na vysvětlení dotazu

Dotaz č. 1:

Odstředivka typ A – Zadavatel v Příloze č. 1 ZD Technická specifikace mimo jiné uvedl požadavek:

V zadání: nastavení otáček 300 až 4.500/min (2.490 g)	nastavení otáček 100 až 4.400/min (3.000 x g)
---	--

Bude zadavatel akceptovat výše uvedené parametry při splnění ostatních parametrů?

Odpověď na dotaz č. 1: Ano, zadavatel bude akceptovat tyto parametry.

Dotaz č. 2:

Odstředivka typ B – Zadavatel v Příloze č. 1 ZD Technická specifikace mimo jiné uvedl požadavek:

V zadání: nastavení otáček 1.000 až 14.500/min (12.400 g)	nastavení otáček 800 až 14.500/min (14.1000 x g)
---	---

Bude zadavatel akceptovat výše uvedené parametry při splnění ostatních parametrů?

Odpověď na dotaz č. 2: Ano, zadavatel bude akceptovat tyto parametry.

Dotaz č. 3:

Příloha č. 5 – Vzorová servisní smlouva

V článku VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, odst. VII.2 zadavatel uvádí:

„Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a uzavírá se **na dobu neurčitou.**“

Domníváme se, že smlouva by měla být uzavřená maximálně na dobu specifikovanou v požadavcích na servis, tj. celkově na 8 let od ukončení záruční doby přístroje – 10 let od instalace.

Bude zadavatel akceptovat a upraví údaje doby trvání smlouvy z „na dobu neurčitou“ na „na dobu určitou“?

Odpověď na dotaz č. 3: Zadavatel nebude akceptovat a **nebude měnit** dobu trvání servisní smlouvy z původní doby na neurčito na dobu určitou.

Dále zadavatel mění bod č. 9. Termín podání nabídky a prodlouží lhůtu pro podání nabídek z 29. 8. 2022 na 31.8.2022 do 11:00 hod.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Drábková, tel. 532 231 566