

Naše zn.: 2022/133422/FNBRNO - 15.2.1– Lu/ Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 23. srpna 2022

Odpověď na dotaz - upozornění k VZMR – Dewarova nádoba, ev. č. P22V00000459

Dotaz:

Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje + Spotřební materiál – SBS boxy a zkumavky pro plné obsazení kapacity kryo nádoby (viz Příloha č. 1 - Technická specifikace) - podmínkou dodání?

Odpověď:

**Zadavatel nepožaduje dodání krabiček (SBS boxů) ani zkumavek.
Zadavatel z vnitřního vybavení požaduje pouze nerezové držáky na SBS boxy.**

Termín podání nabídky

Zadavatel nemění termín pro podání nabídky. Termín je 29. 8. 2022 v 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Natálie Koubková, tel.: 532 233 640