

Naše zn.: 2022/ 142719 /FNBRNO - 15.2.1– On
Vaše zn.: -

V Brně dne 9. 9. 2022

Odpověď na dotaz k VZMR – Štěrbínová lampa II
P22V00000474

Dotaz č. 1

Bude zadavatel akceptovat nabídku, pokud se ve 3 následujících tech. parametrech liší od požadavků na tech. spec. stanovených v Příloze č. 1?

Nastavení PD (mm): 52 - 80 mm

Zorné pole min. od. 5,7 - 36,2 mm

Ukládání videa min. ve formátu AVI: formát MP4 H.264

Nebo budou tyto rozpory důvodem vyloučení z předmětného výběrového řízení?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat i přístroj lišící se uvedenými parametry, viz dotaz, pokud bude ovšem splňovat všechny zbylé vlastnosti technické specifikace.

S pozdravem

Ing. Pavlína Ondráčková
tel.: 532 233 805