

Naše zn.: 2022/155972/FNBRNO-15.2.1-Lu/Bě
Vaše zn.: -

V Brně dne 5. října 2022

VZMR – Kontejnery z plánu DDHM 2022, ev. č. P22V00000496

Odpověď na dotazy

Dotaz č. 1:

Část 1 – Dekontaminační kontejnery, včetně příslušenství

- a) Zadavatel v technické specifikaci požaduje „plocha otvorů síta musí být min. 90 % plochy síta, dno síta profilované - ne ploché“. Je možné nabídnout síta s perforovaného nerez s vypalovanými otvory čtvercového tvaru 4mm na dně síta a 2mm na bočních stranách? Požadavek 90% plochy síta musí tvořit plocha otvorů nelze doložit, protože výrobce tento údaj neuvádí.
- b) Zadavatel požaduje rozměry síť: 480x250x50mm. Je možné nabídnout rozměry 485x253x56mm?
- c) Zadavatel požaduje rozměry síť: 240x250x50mm. Je možné nabídnout rozměry 243x253x56mm?

Odpověď č. 1:

- a) Zadavatel bude akceptovat nabídnutá síta pro dekontaminační kontejnery z perforovaného plechu.
- b) Zadavatel bude akceptovat rozměry síť 485x253x56 mm.
- c) Zadavatel bude akceptovat rozměry síť 243x253x56 mm.

Dotaz č. 2

a) Část 1 Dekontaminační kontejnery

Zadavatel požaduje v rámci technické specifikace:

- 1. vnější rozměry kontejneru 580 x 280 x 150 mm
- 2. vnější rozměry kontejneru 290 x 280 x 150 mm
- 3. rozměry síta: 480 x 250 x 50 mm
- 4. rozměry síta: 240 x 250 x 50 mm

Bude akceptovat zadavatel i tyto konkrétní rozměry, které by měly být v souladu s povolenou tolerancí +/-10 %? Dodavatel se ptát takto konkrétně, aby nebyl následně vyloučen za technickou specifikaci.

- 1. DEKO kontejner 600x300x160 mm; SS
- 2. DEKO kontejner 300x300x160 mm; SS
- 3. perforovaný 480x240x50 mm
- 4. Koš perforovaný 240x240x50 mm

b) Část 2 Sterilizační kontejnery

Zadavatel požaduje v rámci technické specifikace:

- 1. Sterilizační kontejner (vana) velký, 2 ks - rozměry 570 x 285 x 100 mm
- 2. integrované PTFE filtry pro opak. použití (min. 5.000 cyklů)

Bude akceptovat zadavatel i toto rozměrové a technické řešení?

1. Kontejner Filter 600x300x110 mm AS
2. PTFE min 2000 cyklů, nabízíme 3 filtry pro 6000 cyklů

Odpověď č. 2:

a) Zadavatel bude akceptovat nabízené rozměry kontejnerů DEKO s perforovanými koši, pokud jde o kontejnery odpovídající normám ISO, DIN, a jsou tedy rozměrově kompatibilní se sterilizátory BMT Sterivap HP.

b) Zadavatel bude akceptovat nabízené rozměry sterilizačních kontejnerů, pokud jde o kontejnery odpovídající normám ISO, DIN, a jsou tedy rozměrově kompatibilní se sterilizátory BMT Sterivap HP.

Také akceptuje nabídku filtrů PTFE pro 2000 cyklů v počtu 3 ks.

Zadavatel dále nově požaduje dodání vzorků i pro část 2 – Sterilizační kontejnery.

Zadavatel mění bod. 4 Předložení vzorků, který je nově stanoven do 25. 10. 2022 a bod. 10 Termín podání nabídky, který je nově stanoven do 26. 10. 2022 do 11:00 hod.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Žaneta Bělašková, tel. 532 232 588