FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

PRACOVIŠTĚ NEMOCNICE BOHUNICE A PORODNICE

Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO 652 69 705

INVESTIČNÍ ODBOR

Sekretariát:
Tel.: 532 232 001

Naše zn.: 2022/176357/FNBrno- 15.2.1 – Eg
Vaše zn.: -

V Brně dne 9. listopadu 2022

VZMR – Fotoštěrbinová lampa, EZAK systémové č. P22V00000556

<u>Odpověď na dotaz</u>

Dotaz č. 1:
Smí být manuál k SW fotoštěrbiny v angličtině (není standartem překládat vzhledem k neustálému vývoji SW), pokud je uživatelský manuál ke štěrbině v češtině?

Odpověď:
Ano, zadavatel požaduje manuál v českém jazyce.

Manuál v českém jazyce požaduje zadavatel u všech přístrojů, bez ohledu, zda se jedná o ZP/IVD nebo non ZP/IVD přístroje, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zapojeny do datové sítě DN Brno, bez ohledu na to, zda je obsluhuje pacient nebo zkoušející.

Všechny přístroje běžně prodávané/distribuované v ČR mají český návod ze zákona. (§ 9, § 10 odst. 2, § 11 a § 24 odst. 7 písm. e) a i) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 2087, § 2094 odst. 1 a § 2099 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Dotaz č. 2:
Dobrý den,
mám dotaz k (Příloze č. 1 - Technická specifikace) na řádku č. 26 je požadavek na ovládání snímání z joystiku a nožním pedálem. Můžeme podat nabídku, pokud naše štěrbinová lampa má ovládání z joystiku s tlačítkem umístěným na bázi štěrbinové lampy, ale nožní pedál nemá? Nebo bude tento nedostatek důvodem k vyloučení?

Odpověď:
Uvedené změny zadavatel nemůže akceptovat.

S pozdravem

Hana Egerlová

Digitálně podepsal Hana Egerlová
Datum: 2022.11.09 11:11:14 +01'00'

Ing. Hana Egerlová
obchodní oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Egerlová, tel. 532 232 784