

Naše zn.: 2022/ 176848 /FNBRNO - 15.2.1– Ha
Vaše zn.: -

V Brně dne 10.11.2022

Odpověď na dotaz k VZMR – Horkovzdušný sterilizátor ev. č. P22V00000559

Dotaz č.1:

Dobrý den, prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím bodě:

Požadujete maximální příkon zařízení 2 000 W.

Přednastavené sterilizační programy dle vyhlášky MZ ČR 306/2015 Sb. nepřesahují teplotu 180°C. Je možné nabídnout zařízení, které má maximální příkon $\leq 2500\text{W}$, které při přednastavených sterilizačních programech nepřekročí požadovaný maximální příkon 2 000 W? Domníváme se, že můžeme nabídnout funkčně a technicky rovnocenné řešení a rozšířit tak okruh potenciálních dodavatelů.

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém požadavku maximálního příkonu 2000 W a nebude akceptovat nabízený sterilizátor s příkonem 2500 W.

S pozdravem

Ing. Patrik Hauk
referent obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Patrik Hauk, tel.: 532 232 127