

Naše zn.: 2022/ 180055 /FNBRNO - 15.2.1– Eg
Vaše zn.: -

V Brně dne 15. 11. 2022

Odpověď na dotazy k VZMR – Elektrochirurgické přístroje s příslušenstvím II
P22V00000561

Dotaz č. 1

Z technické specifikace není zcela zřejmé, zda-li zadavatel požaduje přístroj s barevným dotykovým displejem. Moderní elektrochirurgické přístroje již bývají tímto typem displeje vybaveny standardně včetně ovládání v českém jazyce, Nabízí zjednodušené zobrazení chybových hlášení s popisem jejich odstranění atd.. Celkové ovládání se tímto zjednodušuje, zvyšuje se komfort obsluhy a bezpečnost pro pacienta. Žádáme tímto tedy o upřesnění, zda-li zadavatel u poptávaných přístrojů požaduje barevný dotykový displej s ovládáním v českém jazyce?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat nabídku i těch přístrojů, které jsou vybaveny ovládáním pomocí barevné dotykové obrazovky v českém jazyce. Výbava přístroje barevnou dotykovou obrazovkou v českém jazyce nebude důvodem k vyřazení.

Dotaz č. 2

Zadavatel uvádí v příloze č. 1 ZD – Technická specifikace, ve výčtu požadovaných parametrů mimo jiné požadavek na: Ochrana proti defibrilačnímu výboji.

Uchazeč může nabídnout generátor, který splňuje všechny požadované parametry mimo výše uvedeného parametru.

Může zadavatel blíže upřesnit tento parametr a bude zadavatel akceptovat nabídku generátoru, který nemá potvrzenou ochranu proti defibrilačnímu výboji, při zachování požadovaného medicínského účelu?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

Dotaz č. 3

Zadavatel uvádí tamtéž ve výčtu požadovaného příslušenství požadavek na dodání vozíku s šuplíkem. Uchazeč může nabídnout generátor, který splňuje požadované parametry a požadované příslušenství bez vozíku.

Bude zadavatel akceptovat nabídku generátoru, bez vozíku, při zachování požadovaného medicínského účelu?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace.

Zadavatel současně upravuje bod **8. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY**

a mění termín přijetí nabídek z 21.11.2022 do 12:00 hod **na 23. 11. 2022 do 12:00 hod**

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784

Naše zn.: 2022/ 180055 /FNBRNO - 15.2.1– Eg