

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

V technické specifikaci pro část č. 1 – RTG přístroje pro Kliniku dětské radiologie – 2 ks, část č. 1.2 – Přímý digitální skiagrafický RTG systém se dvěma plochými detektory – 1 ks zadavatel požaduje:

- SW a HW pro plně automatickou akvizici a skládání snímků dlouhých kostí u ležícího pacienta vč. automatizovaného posunu rentgenky a detektoru a automatického softwarového zpracování pro snímkování páteře a kostí dolních končetin

Po prostudování ZD máme za to, že z ortopedického hlediska je přínosem získání výsledného složeného dlouhého snímku páteře a dolních končetin při tzv. zátěži, tedy ve stoje u vertigrafu.

Měl zadavatel na mysli tuto variantu a bude akceptovat nabídku SW a HW pro plně automatickou akvizici a skládání snímků dlouhých kostí pacienta u vertigrafu vestoje vč. automatizovaného posunu rentgenky a detektoru a automatického softwarového zpracování pro snímkování páteře a kostí dolních končetin?

Odpověď:

Zadavatel požaduje HW a SW pro plně automatickou akvizici a skládání snímku dlouhých kostí pacienta u vertigrafu vestoje vč. automatického posunu rentgenky a detektoru a automatického softwarového zpracování pro snímkování páteře a kostí dolních končetin.

Na základě těchto dodatečných informací dojde ke změně zadávací dokumentace.