

Naše zn.: 2022/ 194473 /FNBRNO - 15.2.1– On
Vaše zn.: -

V Brně dne 9. 12. 2022

Odpověď na dotaz k VZMR – Vyšetřovací světlo

P22V00000591

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci je požadováno svítidlo s maximálním příkonem 25W. Naše svítidlo s lepšími parametry svícení má příkon 32W.
Bude akceptována hodnota 32W?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na svém zadání. Parametry námi vyspecifikovaného svítidla jsou pro účely daného oddělení dostačující a vyhovující.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
Tel.: 532 238 784

V.Z.
Ing. Pavlína Ondráčková