



Dobrý den,

V Brně dne 12.12.2022

posíláme žádost o vysvětlení technické specifikace v zadávací dokumentaci Vaší veřejné zakázky:
R7/2022, Přístroj pro kompresi hrudníku

V příloze č. 1, Technická specifikace požadujete: *Umožňuje stlačovat hrudník frekvencí 100 – 120 stlačení za minutu.*

Nabízíme přístroj s fixní frekvencí stlačování hrudníku 100 stlačení za minutu. Budete akceptovat nabídku takového přístroje pro kompresi hrudníku?

Předem děkujeme za vysvětlení dotazů.