

Naše zn.: 2022/195825/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ka
Vaše zn.: -

V Brně dne 13. prosince 2022

VZMR – Přístroj pro kompresi hrudníku, E-ZAK sys. č. P22V00000592

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:

V příloze č. 1 - Technická specifikace požadujete:

Umožňuje stlačovat hrudník frekvencí 100 – 120 stlačení za minutu. Nabízíme přístroj s fixní frekvencí stlačování hrudníku 100 stlačení za minutu. Budete akceptovat nabídku takového přístroje pro kompresi hrudníku?

Odpověď:

Zadavatel bude přístroj s touto hodnotou akceptovat. Rozmezí 100 - 120 stlačení zařízení splňuje a nastavitelnost této hodnoty nebyla požadována.

S pozdravem

Ing. Žaneta Kalmárová
Obchodní oddělení FN Brno