

Naše zn.: 2022/197487/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ka
Vaše zn.: -

V Brně dne 14. prosince 2022

VZMR – Přístroj pro kompresi hrudníku, E-ZAK sys. č. P22V00000592

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace II

Dotaz:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci:

Umožňuje odeslání dat k provedení analýzy a zpětnému hodnocení resuscitace v programu CODE-STAT.

Tento software je od společnosti Stryker a z veřejně dostupných zdrojů připojitelný k přístroji LUCAS. Tím zadavatel jasně upřednostňuje jediný přístroj.

Bude zadavatel akceptovat i jiné řešení softwaru? Například dodání zdarma softwaru pro vyhodnocení dat corView2 výrobce Corpuls?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

S pozdravem

Ing. Žaneta Kalmárová
Obchodní oddělení FN Brno