

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

Připouští zadavatel pulsní skiaskopii s možností volby min. 4 frekvencí v režimu 1 - 25 p/s, v případě, že přístroj prokazatelně splňuje medicínský účel využití a diagnostické požadavky zadavatele?

Odpověď:

Zadavatel připouští uchazečem navrhované řešením a bude jej akceptovat.

Dotaz:

Vzhledem k charakteru C ramene tj. cílená peroperační diagnostika onkologických pacientů, diagnosticko-terapeutické výkony vaskulárního i nevaskulárního požaduje zadavatel propojenou a synchronní spolupráci C ramene s injektorem kontrastních látek při intervenčních výkonech?

Odpověď:

Zadavatel pro plné využití možností C-ramena požaduje i dodání injektoru kontrastních látek s následujícími technickými parametry:

- Umístění na pojízdném stojanu u katetrizačního stolu
- Ovládací panel umístěný v ovladovně
- Nastavitelný objem kontrastní látky: 1 – 150 ml
- Průtoková rychlost nastavitelná min. 0,1 – 40 ml/s v krocích po 0,1 ml/s
- Tlaková mez nastavitelná min. 2100 – 8200 kPa
- Velikost stříkačky 150 ml
- Ohřev stříkačky s kontrastní látkou
- Připojení a synchronizace na pojízdný RTG přístroj s C-ramenem s DSA

Dotaz:

Požaduje zadavatel i možnost dodávky pojízdného RTG zákrového stolu uzpůsobeného pro intervenční zákroky?

Odpověď:

Zadavatel pro plné využití možností C- ramena požaduje i dodání pojízdného stolu s následujícími technickými parametry:

- Mobilní RTG katetrizační stůl s deskou z uhlíkových vláken
- Nosnost min. 150 kg
- Podélný pohyb desky stolu min. 100 cm
- Příčný pohyb desky stolu min. ± 10 cm
- Vertikální pohyb min. 25 cm
- Sklápění min. $\pm 20^\circ$
- Motorické ovládání
- Ovladač umístěný na liště desky stolu
- Součástí dodávky i RTG ochranný závěs upevněný na boční liště stolu.

Na základě těchto dodatečných informací dojde ke změně zadávací dokumentace.