

Naše zn.: 2022/202656/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ka
Vaše zn.: -

V Brně dne 22. prosince 2022

VZMR – Přístroj pro kompresi hrudníku, E-ZAK sys. č. P22V00000592

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace III

Dotaz:

Jako uchazeči o výše uvedenou VZMR nám není zřejmé navrhované řešení jiného uchazeče. Chápeme toto řešení správně, že zadavatel umožní dodat jiný SW pro stahování dat z nabízeného přístroje a zároveň zajistí interface pro přenos dat do stávajícího SW CodeStat pro archivaci v jediném uživatelském prostředí a zajištění sdílení s jinými odbornými pracovišti? Zároveň také např. s ZZS JmK.?

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby přístroj pro kompresi hrudníku byl schopen přenosu dat do software pro analýzu a zpětné hodnocení průběhu resuscitace. Tímto software může být CODE-STAT, který již ve FN Brno máme. Může jím být i jiný softwarový nástroj pro uvedený účel, který tím pádem musí být součástí dodávky přístroje, a to s licencí na uvažovanou dobu životnosti přístroje, tedy minimálně na 10 let.

S pozdravem

Ing. Žaneta Kalmárová
Obchodní oddělení FN Brno