

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

K části č. 1.1 Digitální RTG přístroj s C-ramenem s možností DSA pro peroperační zobrazení – 1 ks

- injektor kontrastních látek

Připouští zadavatel průtokovou rychlost nastavitelnou min. 0,1 – 30 ml/s v krocích po 0,1 ml/s v případě, že injektor tak prokazatelně splňuje medicínský účel využití a diagnostické požadavky zadavatele?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz:

K části č. 1.1 Digitální RTG přístroj s C-ramenem s možností DSA pro peroperační zobrazení – 1 ks

- injektor kontrastních látek

Předpokládáme, že rozsah nastavitelného objemu kontrastní látky 1 – 150 ml u injektoru, resp. tomu odpovídající velikost stříkačky 150 ml jsou minimální hodnoty, které zadavatel požaduje. Připouští zadavatel možnost nastavitelného objemu kontrastní látky 1 – 200 ml s tím odpovídající velikostí stříkačky 200 ml?

Odpověď:

Předpoklad je správný, jedná se o minimální požadavek. Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Na základě těchto dodatečných informací dojde ke změně zadávací dokumentace.