

Naše zn.: 2023/46270/FNBRNO – 15.2.2 – Lu/Ko  
Vaše zn.: -

V Brně dne 16. března 2023

**Zadavatel:**

**Fakultní nemocnice Brno**  
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

## **Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK**

### **1. Vymezení předmětu plnění**

- Předmětem plnění je dodávka RTG osobních ochranných pomůcek pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno a pracoviště Dětská nemocnice (DN) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy. Zadavatel umožňuje dílčí plnění dle částí 1 až 8.

### **2. Obchodní podmínky**

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text kupní smlouvy k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

### **3. Obecné podmínky zadavatele**

Součástí **nabídky** dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
- vlastní nabídku s popisem nabízeného zboží včetně fotodokumentace či obrázku dle částí 1 až 7
- certifikát, že se jedná o olovnatý ochranný oděv a super lehký olovněný kompozit
- certifikaci podle nové normy DIN EN 61331:2014, pro všechny používané OOP proti radiaci musí být uvedena směrnice EU 2016/425,

- prohlášení o shodě
- cenovou nabídku dle bodu 4
- záruční lhůtu min. 24 měsíců, na vnitřní ochranný kompozit 60 měsíců
- položkový rozpočet dle částí
- V případě, že zájemce podá nabídku do více částí a bude celková cena přesahovat 100 000,00 Kč včetně DPH je zájemce oprávněn a současně povinen doplnit barevně označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy a připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží. Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.
- Pokud zájemce podá nabídku pouze do jedné části, nebo celková cena nebude přesahovat 100 000 Kč vč. DPH, bude realizováno objednávkou.

Nabízené zboží pro část 2, bude testováno vzhledem k anatomickým odlišnostem pracovníků.

Zadavatel požaduje, aby každý účastník do 03. 04. 2023 do 10:00 hodin doručil vzorek pro část 2 osobně na Obchodní oddělení, číslo dveří 1062, pí Dagmar Kovaříkové v pracovních dnech od 7:00 do 14:30 hod., tel.: 532 232 783, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Po testování budou vzorky vráceny zpět dodavateli. Pokud vzorky nebudou doručeny ve stanoveném termínu, bude nabídka hodnocena jako neúplná!

#### 4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Nabídková cena bude uvedena v systému E-ZAK vždy za celou jednu část. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy. **Zadavatel požaduje zpětný odběr dodaného zboží po ukončení životnosti u všech částí s výjimkou částí 2 a 8.**
- Součástí nabídky budou i dílčí ceny jednotlivých položek vč. DPH.

#### 5. Způsob hodnocení nabídek

- Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH za celý předmět plnění v jednotlivých částech.

#### 6. Komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**

#### 7. Podmínky pro plnění

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Nákup RTG pomůcek**“

#### 8. Poskytování dodatečných informací

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne

předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím systému E-ZAK.

#### **9. Termín podání nabídky**

- Do 03. 04. 2023 do 13:00 hod.

#### **10. Zadavatel si vyhrazuje právo**

- Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi, až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

#### **11. Název a sídlo zadavatele**

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Denisa Lukasová  
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

vz. Ing. Pavlína Ondráčková

Vyřizuje: Dagmar Kovaříková, tel.: 532 232 783

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1: Technická specifikace  
Příloha č. 2: Návrh kupní smlouvy  
Příloha č. 3: Položkový rozpočet

## Příloha č. 1 - Technická specifikace

Obecná specifikace pro ochranné RTG oděvy

a) materiál – pro část 1,2,3,6 a 7 zadavatel požaduje super lehký olověný kompozit omyvatelný s možností dezinfekce

- pro část 4, zadavatel požaduje wolframový kompozit, omyvatelný s možností dezinfekce

- pro část 5, zadavatel požaduje odlehčený kompozit, omyvatelný s možností dezinfekce

b) barevné provedení – možnost výběru barevného provedení, minimálně 8 barev

c) velikost – velikosti zástěr jsou pouze orientační pro potřeby cenové nabídky (**vítězná firma před objednááním naměří velikosti ochranných oděvů osobně**)

d) zástěry a nákrčníky musí mít vnější antibakteriální a hydrofobní úpravu

Nákrčníky a zástěry musí mít úchyt pro upevnění límce k zástěře.

Zástěry - bederní pás, který zajistí přenos části hmotnosti z ramen

### Část 1 – RTG ochranné pomůcky pro IKK

Pol. 1: Kabátová zástěra

**2ks**

- pánská kabátová zástěra s kapsou
- suché zipy
- ramenní vycpávky
- překrývající přední díly na nastavitelný elastický pás
- úchyty na pás vč. límce
- materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic Pb
- stínící ekvivalent vpředu 0,35 mm Pb, vzadu 0,25 mm Pb
- barva dle nabídky vítězné firmy (tmavší podklad s barevným potiskem)
- na kapsu vyšít jméno lékaře



Pol. 2: Zástěra – pevná ramena

**2 ks**

- zcela překrývající přední díl s kapsou na předním ochranném dílu
- materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic Pb
- stínící ekvivalent 0,35 mm Pb - 0,25 mm Pb, (vpředu min. 0,35 mm Pb)
- zapínání překřížením na zádech, zadní díl s pružnou úpravou pro přizpůsobení postavě
- ramenní vycpávky
- barva - s barevným potiskem



Pol. 3: Ochranné límce

**2 ks**

- materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic olova ochrana 0,35 Pb
- velikost standardní
- magnetické zapínání
- barva – s barevným potiskem



Pol. 4: Komplet vesty a sukně

**3 ks**

- vesta s kapsou, suché zipy zapínání zcela překrývající přední díly
- ramenní vycpávky
- sukně vpředu překrývající se přední částí, zapínání na suchý zip a přesku ke stažení
- materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic Pb
- stínící ekvivalent 0,35 mm Pb - 0,25 mm Pb, (vpředu min. 0,35 mm Pb)
- barva dle nabídky vítězné firmy (tmavší podklad s barevným potiskem)



Pol. 5: Ochranná deka pro pacienty před RTG zářením

**2 ks**

- Materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic Pb
- Velikost 80 x 90 cm
- Stínící ekvivalent 0,5 mm Pb
- Barva – s barevným potiskem

## Část 2 - Ochranné brýle dioptrické – pro IKK

**4 ks**

brýle umožňující široký rozsah předpisů dioptrií, (stíněná dioptrická skla) menší velikosti s jemnou silikonovou výplní nožiček v oblasti spánku a nosní přepážky váha max. 80 gramů tloušťka olověné vrstvy na přední straně 0,5 mm Pb, po stranách 0,5 mm Pb.

Dioptrie budou specifikovány pro Typ brýlí a barva bude vybrána podle nabídky vítězné firmy

### Část 3 – Ochranné zástěry pro COS I

Pol. 1: Zástěra – pevná ramena

**5 ks**

- materiál – super lehký olovněný kompozit
- 5 ks stínící ekvivalent 0,5 mm Pb
- překřížené pruhy na zádech pevné v ramenu - viz obrázek
- zapínání na suchý zip.
- ramenní vycpávky
- maximální váha zástěry cca 3,5 kg – pro velikost M a ochranný ekvivalent 0,5mm Pb váha do 4,5kg
- délka 100 cm
- obvod hrudníku 95 cm
- obvod boků - 100 - 110 cm
- barva dle vítězné firmy (modrá, zelená, červená, fialová)



Pol. 2: Ochranný límec

**5 ks**

- se sníženým obsahem olova – použití jemných částic olova
- ochrana 0,5 mm Pb
- velikost standardní
- zapínání na suchý zip
- barva – dle vítězné firmy



### Část 4 – Ochranné prostředky pro COS III

Pol. 1: Zástěra – pevná ramena

**5ks**

- bezolovnatý wolfram ochranný ekvivalent na předním díle 0,5 mm Pb
- překřížené pruhy na zádech pevné v ramenu, zapínání v pase s nastavitelnou sponou
- zapínání na suchý zip
- ramenní vycpávky
- maximální váha zástěry cca 3,5 kg
- barva dle vítězné firmy

Velikosti:

- 3ks – M
- 1ks – L
- 1ks - XL

Pol. 2: Ochranný límec

**1ks**

- bezolovnatý wolfram
- Magnetické zapínání
- Stínící ekvivalent 0,5 mm Pb
- Váha max. cca 0,3 kg
- Velikost L



## Část 5 – Ochranné pomůcky pro KDR

Pol. 1: Zástěra - pevná ramena

**1 ks**

- odlehčená olověná zástěra - stínící ekvivalent 0,50 mm Pb
- vnější antibakteriální a hydrofobní úprava
- překřížené pruhy na zádech pevné v ramenou, zapínání v pase
- zapínání na suchý zip
- ramenní vycpávky
- barva dle vítězné firmy



Velikost 1 ks - XL

## Část 6 - Kabátová zástěra pro EC

Pol. 1: Kabátová zástěra

**1ks**

- kabátová zástěra s kapsou
- Suché zipy
- Ramenní vycpávky
- Překrývající přední díly na nastavitelný elastický pás
- Úchyty na pás vč. límce
- materiál se sníženým obsahem olova – použití jemných částic Pb
- stínící ekvivalent vpředu 0,25 mm Pb, vzadu 0,25 mm Pb
- při zapnutí se přední díly překrývají, čímž vzniká dvojnásobné stínění sterna a gonád 0,50 mm Pb
- barva dle nabídky vítězné firmy (tmavší podklad s barevným potiskem)



## Část 7 – RTG pomůcky pro KRNM

Pol. 1: Komplet vesty a sukně

**3ks**

- super lehký olověný kompozit
- stínící ekvivalent 0,5 mm Pb,
- barva dle nabídky vítězné firmy
- ramenní vycpávky
- odlehčení

Velikosti – L, XL



Pol. 2: RTG ochranný límeček

**10 ks**

- materiál – super lehký olověný kompozit
- stínící ekvivalent 0,50 mm Pb
- zapínání na suchý zip

Pol. 3: Zástěra – pevná ramena

**2 ks**

- materiál – super lehký olověný kompozit
- stínící ekvivalent 0,50 mm Pb
- překřížené pruhy na zádech pevné v ramenou,
- zapínání na suchý zip.
- ramenní vycpávky



Pol. 4: Zástěra dětská

**1ks**

- materiál – super lehký olověný kompozit
- stínící ekvivalent 0,50 mm Pb
- překřížené pruhy na zádech pevné v ramenou
- zapínání na suchý zip.

Pol. 5: límeček dětský

**1ks**

- materiál – super lehký olověný kompozit
- stínící ekvivalent 0,50 mm Pb
- zapínání na suchý zip.



## Část 8 – RTG věšáky

Pol. 1: pojízdný věšák pro RTG zástěry

**2 ks**

Pojízdný věšák pro 10 zástěr

Ocelová konstrukce se smaltovým povrchem – omyvatelná,  
dezinfikovatelná

Vysoce odolná 4 kolečka s brzdou



Pol. 2: nástěnný věšák pro RTG zástěry

**1 ks**

Nástěnný věšák pro 3 zástěry

Ocelová konstrukce se smaltovým povrchem – omyvatelná,  
dezinfikovatelná



**Obrázky jsou pouze ilustrační**