

Naše zn.: 2023/ 49709 /FNBRNO - 15.2.1– Ma
Vaše zn.: -

V Brně dne 22. 3. 2023

Odpověď na dotaz 1. k VZMR – Laminární box, E-ZAK ev.č. P23V00000059

Dotaz:

V rámci technické specifikace je požadováno:

Laminární box, biohazard, minimálně I. třídy dle normy EN 12469 (ochrana produktu)

Box tř. I dle EN 12469 neumožňuje ochranu produktu. Myslíte tedy box tř. II dle EN 12469, který zajišťuje jak ochranu produktu, tak obsluhy (tzv. „biohazard box“), nebo laminární box s vertikálním prouděním pouze pro ochranu produktu (pak ale nesplní EN 12469)?

Odpověď na dotaz:

Dle technické specifikace požadujeme laminární box minimálně I. třídy dle normy EN 12469 s ochranou produktu, budeme tedy akceptovat nabídku na laminární box tř. II dle EN 12469 s ochranou produktu i obsluhy.

Dále zadavatel upozorňuje na chybný text ve Výzvě pro podání nabídek v odstavci 3. Obecné podmínky zadavatele, v odstavci Pro předloženou servisní smlouvu platí následující požadavky zadavatele:

- do listu „Cestovné a sazba za servis“ přílohy č. 1 servisní smlouvy účastníků zadávacího řízení doplní (vždy, tj. bez ohledu na obsah sloupce I v listu „Seznam přístrojů“):
 - o do řádku „Maximální cestovní náklady“ příslušnou sazbu DPH (výše maximálních cestovních nákladů se určí pomocí vzorce zadaného v této tabulce jako součin **dvojnásobku** vzdálenosti nejbližšího servisního střediska od sídla zadavatele a sazby cestovních nákladů za 1 km);

Dále zadavatel mění termín pro podání nabídek do 31. 3. 2022 do 11:00 hod.

S pozdravem

Lucie Malíková
tel.: 532 232 848