

Naše zn.: 2023 /50701/FNBRNO – 15.2.2 – Lu/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 24. března 2023

Zadavatel:**Fakultní nemocnice Brno**
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705**Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK****1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem plnění je dodávka matrací pro Centrální sterilizaci, Chirurgickou kliniku a Interní hematologicko a onkologickou kliniku pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Zadavatel umožňuje dílčí plnění v částech 1 až 4.

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro část 1 až 3:

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu **rámcové smlouvy**, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text rámcové smlouvy k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu rámcové smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit. Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit označená volná místa v textu vzorové rámcové smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu rámcové smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží.

Pro část 4:

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu **kupní smlouvy**, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text kupní smlouvy k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit. Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí **nabídky** dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce) - příloha č. 4
- vlastní nabídku s popisem nabízeného zboží včetně fotodokumentace či obrázku
- cenovou nabídku dle bodu 4
- záruční lhůtu min. 24 měsíců
- termín dodání
- Návrh **rámcové** kupní smlouvy – **pro část 1 až 3**, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce, který je přílohou č. 2
- Návrh **kupní** smlouvy – **pro část 4**, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce, který je přílohou č. 3
- Pokud zájemce podá nabídku pouze do části 4, nebo celková cena nebude přesahovat 100 000 Kč vč. DPH, bude realizováno objednávkou.

Část 1 až 3 - Zadavatel požaduje, aby každý účastník do 17.04.2023 do 11 hod. doručil vzorek výrobku (1 kus matrace s povlakem v uvedeném rozměru dle níže uvedené specifikace) po předchozí telefonické domluvě s paní Mgr. Dášou Stračárovou, tel.: 532 233 989 nebo její zástupkyní paní Petru Kadlecovou, tel.: 532 233 738 na Centrální úpravnu lůžek, FN Brno, Jihlavská 20, Brno 625 00. **Předložení vzorku je podmínkou pro účast v této VZMR.** Zadavatel požaduje dodání vzorku s návodem v českém jazyce.

Případné změny na výrobku nebude hradit FN Brno.

- Po testování budou vzorky po vyzvání vráceny zpět dodavateli.
- Dodavatel si zajistí vlastní/osobní odběr testovaného vzorku.
- Vzorky budou označeny názvem uchazeče.
- Vzorky povlaků budou testovány v ústavní prádelně, kde budou prány.

Povlak musí být vhodný pro praní v tunelové pračce při teplotě 40 st. C s následným lisováním v hydraulickém odvodňovacím lisu – tlak 32 bar.

Sušení v parní sušičce prádla při teplotě 150 st. C.

Celý proces praní a sušení trvá 1 hod.

▪ Dále proběhne testování na Centrální sterilizaci, kde se budou vzorky matrací i povlaků dezinfikovat v parním dezinfekčním přístroji. Proces dezinfekce probíhá při teplotě 75°C - 20 minut, vakuum 0,05 bar, provozní přetlak 0,5 bar, sušení 10 minut. Celkový čas programu je 65 - 70 minut.

Testovat se bude cca 1 měsíc.

Hodnotit se bude vzhled a komfort vzorků: vhodnost materiálu, ušití, manipulace s matrací

4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- Nabídková cena bude uvedena v systému E-ZAK vždy za 1 část (tedy za 1 kus matrace s povlakem v daném rozměru) v částech 1 až 4. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy, cla, složení, obaly apod.

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH dle bodu č. 4.

6. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**

7. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Matrace a povlaky**“.

8. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím systému E-ZAK.

8. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

17. 04. 2023 do 13:00 hod.

9. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 – Návrh rámcové smlouvy
Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 4 – Krycí list

Vyřizuje: Dagmar Kovaříková, tel. 532 232 783

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Obecné požadavky pro část 1, 2 a 3 – Matrace pro Centrální sterilizaci

Předpokládaný roční odběr v objemu cca 100 ks matrací s povlakem

Matrace

- jednostranná antidekubitní zdravotní matrace určená pro pacienty s nízkým až středním stupněm rizika vzniku dekubitů
- vhodný materiál: HR pěna
- ve třech rozměrech (viz. níže)
- bez slepených částí, vyrobená z 1 kusu
- jádro matrace profilované podélnými a příčnými prořezy do 5 anatomických zón
- nosnost matrace do 150 kg
- hmotnost matrace max. 10 kg

Povlak na matraci se zipem

- ve třech rozměrech (viz. níže)
- z polyesterového úpletu se zářezem z ekologicky čistého polyuretanu
- povlak s hrubým zipem ze dvou stran (do „L“),
- zdravotnický bílý, omyvatelný, voděodolný, paropropustný, nehořlavý
- stálý a pružný v podélném i příčném směru
- antialergický, antibakteriální
- prošitý, NELEPENÝ
- pratelny na 95°C
- dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky

Rozměry:

Část 1: Matrace s povlakem v rozměrech 195x85x14cm – 35 ks

Část 2: Matrace s povlakem v rozměrech 200x85x14 cm – 50 ks

Část 3: Matrace s povlakem v rozměrech 200x80x14 cm – 15 ks

Část 4: Matrace pro Chirurgickou kliniku a Interní hematologickou a onkologickou kliniku

Matrace – pro vyšší stupeň dekubitů 9 ks

Matrace ve velikostech 200x 86,5x 16 cm (dxšxv)

Matrace vhodná pro pacienty s hmotností do 190 kg

Jádro matrace tvořeno dvouvrstvou pěnou - 7 cm viskoelastická pěna 85 kg /m³

- 9 cm studená pěna 80 kg / m³ & 33 kg / m³

Spodní vrstva polyuretanová a horní termoelastická

Po obvodu jádro matrace vyztuženo tužší PUR pěnou, která zajistí stabilitu a bezpečí ležícího pacienta a oporu při sezení na okraji lůžka.

materiál potahu – složený potah (PU + PVC), krytý zip, transportní madla, nehořlavý

Potah matrace dezinfikovatelný z pružného paropropustného materiálu, omyvatelný, odolný vůči dezinfekcím, pratelny na 70°C, odolný bakteriím a plísním s krytým zipem ze dvou stran, vhodný do parního dezinfekčního přístroje. Barva potahu bílá, popř. jiný světlý odstín.