

Naše zn.: 2023/ 60679 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 14. 4. 2023

Veřejná zakázka Ultrazvukový přístroj diagnostický II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 11. 4. 2023 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

Zadavatel požaduje následující parametr: širokopásmová matrixová lineární cévní sonda, rozsah 4 – 16 MHz, min. 1000 elementů s možností ShearWave elastografie.

Rádi bychom nabídli UZ přístroj renomovaného výrobce, který u této nejnovější modelové řady pro požadované aplikace nabízí lineární sondu s technologií single-crystal 2-14,8 MHz s 256 elementy s možností Shearwave elastografie.

Bude zadavatel akceptovat toto řešení při plném zachování medicinského účelu?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadovaných parametrech.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno