

Naše zn.: 2023/64221/FNBrno- 15.2.1 – Lu/Dr
Vaše zn.: -

V Brně dne 19. dubna 2023

VZMR P23V00000096 s názvem Přístroj pro PH – impedanci jícnu
Odpověď na Námitku

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, obdržela dne 17.4.2023 námitku od společnosti Imedex s.r.o., Kladská 1092/1a, 500 03 Hradec Králové, k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

V námitce uvádíte:

Ve smyslu § 241 a násl. zákona o Zadávání veřejných zakázek v platném ve znění (č. 134/2016 Sb., ve znění 309/2019 Sb.) vznáší Stěžovatel IMEDEX s.r.o., IČ: 27510204, Kladská 1092/1a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp.zn: C 23219, zastoupená jednatelem Mgr. Richardem Uhlířem
NÁMITKU

proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky Systémové číslo P23V00000096, jejímž předmětem plnění je dodávka 1 ks přístroje pro PH – impedanci jícnu a záruční a pozáruční servis pro Endoskopické centrum, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, zveřejněné dne 11. 4. 2023 na internetovém portálu E-ZAK FN Brno.

Podle § 6 zákona o Zadávání veřejných zakázek má být veřejná zakázka zadána tak, aby byla transparentní a přiměřená a zároveň, aby bylo zajištěné rovné zacházení a byla odstraněna případná diskriminace. Ta může spočívat zejména v tom, že veřejná zakázka bude zadána tak nepřiměřeně úzce, že schopni dostát požadavkům jsou jen někteří dodavatelé. Podle § 36 odst. 1, zákona o Zadávání veřejných zakázek zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

Stěžovatel je přesvědčen, že tyto podmínky Zadavatelem splněny nebyly.

V daném případě se jedná hned o několik podmínek uvedených v Technické specifikaci zadávací dokumentace Veřejné zakázky, které předurčují splnění pouze jednomu dodavateli. Máme za to, že tyto podmínky jsou medicínsky jen těžko obhajitelné a k dosažení podobně kvalitní diagnostiky mohou být zadány tak, aby je mohlo splnit více dodavatelů. Dále viz příloha Technická specifikace – Námitka. Stěžovatel se domnívá, že podmínky uvedené v Technické specifikaci jsou neopodstatněné.

Důvodem tohoto tvrzení je dlouhodobá zápůjčka Stěžovatelem nabízeného přístroje na pracovišti zadavatele. Na základně smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Zadavatelem a Stěžovatelem dne 14.12.2018 (a k aktuálnímu dni stále platné) používá Interní gastroenterologická klinika a Endoskopické centrum

Fakultní nemocnice Brno přístroj dodávaný Stěžovatelem. Za více než 5 let pravidelného provozu na pracovišti Zadavatele nevznikl žádný problém, který by ukazoval na nedostatečné technické parametry nebo chybějící funkce přístroje.

Přesto je podle zadávacích podmínek výše zmíněné veřejné zakázky malého rozsahu požadováno splnění technických podmínek, které přístroj nabízený Stěžovatelem nesplní. Naopak jsou tyto podmínky splnitelné pouze jediným ze všech dodavatelů poptávané technologie na českém trhu.

Stěžovatel je odbornou firmou, jejímž předmětem činnosti je technologický scouting v oboru zdravotnictví, je dlouhodobým partnerem významných zdravotnických zařízení napříč různými obory a má mnohaleté zkušenosti s dodávkami a servisem těchto a dalších systémů vč. spotřebního materiálu. Požadavky v Technické specifikaci jsou nedůvodné a diskriminují dodavatele, jejichž zařízení jsou kvalitativně i medicínsky zcela srovnatelná. Dále viz příloha Technická specifikace – Námitka.

Stěžovatel navrhuje, aby zadavatel změnil zadávací podmínky tak, aby část Technická specifikace mohlo splnit více dodavatelů zvláště v případě, kdy jediným kritériem hodnocení je nejnížší nabídková cena vč. DPH.

Odpověď na námitku:

Zadavatel námitku akceptuje a upravil znění technické specifikace. Upravená technická specifikace je vložena v zadávací dokumentaci, jako Příloha č. 3 – Technická specifikace – Nová verze

Dále zadavatel mění bod č. 9. Termín podání nabídky a prodlouží lhůtu pro podání nabídek z 21. 4. 2023 na 26. 4. 2023 do 11:00 hod.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Drábková, tel. 532 231 566