

Naše zn.: 2023/66995/FNBrno -14.7 – DrR/Mc
Vaše zn.: -

V Brně dne 24. 4. 2023

Veřejná zakázka Operační mikroskop pro KPPCH

Vážený,

zadavatel obdržel dne 19. 4. 2023 dotazy, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1):

Zadávací dokumentace, Příloha č. 1 – Technická specifikace, 3 odrážka:

Podlahový stativ s centrální brzdou a s elektromagnetickými brzdami všech os pohybu mikroskopu a stativu.

Námi nabízený operační mikroskop nedisponuje centrální brzdou, ale má zabrzditelné každé kolečko zvlášť vlastní brzdou.

Dotaz: Akceptuje zadavatel: Zabrzditelný podlahový stativ a s elektromagnetickými brzdami všech os pohybu mikroskopu a stativu.

Odpověď č. 1):

Zadavatel na základě dotazu změní výše uvedený požadavek v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace (Technická specifikace) následovně:

- zabrzditelný podlahový stativ (s centrální brzdou, příp. každé kolečko má vlastní brzdu) a s elektromagnetickými brzdami všech os pohybu mikroskopu a stativu

Dotaz č. 2):

Zadávací dokumentace, Příloha č. 1 – Technická specifikace, poslední odrážka:

Stereoasistent z pravé nebo levé strany s přímým binokulárním tubusem, fixní pozice asistenta při pohybu hlavy mikroskopu v předozadním směru.

Dle našich zkušeností je v operativě plastické chirurgie požadována asistence v pozici face to face, což je i v technické specifikaci uvedeno.

Dotaz: Skutečně požaduje zadavatel i „Stereoasistent z pravé nebo levé strany s přímým binokulárním tubusem, fixní pozice asistenta při pohybu hlavy mikroskopu v předozadním směru“.

Odpověď č. 2):

Zadavatel již netrvá na uvedeném požadavku:

- stereoasistent z pravé nebo levé strany s přímým binokulárním tubusem, fixní pozice asistenta při pohybu hlavy mikroskopu v předozadním směru

Zadavatel upraví Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace (Technickou specifikaci), kde požadavek bude vypuštěn.

Na základě shora uvedených odpovědí a změny Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Technické specifikace Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **29. 5. 2023 do 9:00 hod.**

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno