

Naše zn.: :2023/68754/FNBrno -14.7 – DrR/Mc
Vaše zn.: -

V Brně dne 28. 4. 2023

Veřejná zakázka Monitorovací systém II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 25. 4. 2023 dotaz, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz

Zadavatel požaduje v technické specifikaci modulární monitorovací systém. Bude zadavatel požadovat možnost rozšíření monitorování např. o moduly PICCO, BIS, FLOTRAC atd.?

Ze své zkušenosti považuje účastník možnost rozšíření monitorace o moduly PICCO, CO₂, C.O. BIS jako zásadní.

Může zadavatel zvážit možnost rozšíření monitorace o výše uvedené moduly?

Odpověď

Zadavatel modul CO₂ již v technické specifikaci požaduje (pro IGEK u všech monitorů, pro KIGOPL u jednoho monitoru). Zadavatel nebude požadovat možnost rozšíření monitorace o další uvedené moduly, zadávací dokumentaci zadavatel ponechává bez změny, čímž možnost nabídnutí rozšíření monitorace o uvedené moduly nevylučuje.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno