

V Brně dne 28. 4. 2023

Zn.: 2023/38178/FNBrno– 14.7 Bas/Chud

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

s názvem

FN BRNO - NBP – Dodávka a montáž stropního stativu a přípojky stlačeného vzduchu pro Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž stropního stativu a nové přípojky stlačené vzduchu se zvýšeným tlakem pro Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie Interní kardiologické kliniky (dále „IKK“).

Předmětem dodávky je:

- Stropní stativ včetně výbavy a příslušenství včetně montáže.
- Přípojka stlačeného vzduchu včetně montáže

Součástí předmětu plnění jsou:

- Ocelová výměna, tj. pomocná kotevní konstrukce sloužící k upevnění stativu.
- Statický posudek kotvení a zavěšení stativu včetně ocelové výměny a konstrukce ocelové výměny.
- Instalace ocelové výměny a stativu dle statického posudku.
- Instalace stropního stativu včetně výbavy a příslušenství v rozsahu dle příloh č. 2 a 3.
- Rozvody kyslíku, vakua a stlačeného vzduchu ve shodě s normou ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 a v rozsahu uvedeném v příloze č. 2.
- Nová přípojka stlačeného vzduchu se zvýšenou hodnotou tlaku ve shodě s normou ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 a v rozsahu dle příloh č. 2 a 3.
- Dodávka stavební části v rozsahu uvedeném v příloze č. 2.
- Dodávka silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací a v rozsahu dle příloh č. 2 a 3.
- Demontáž stropních podhledů, svítidel, případně rozvodů VZT a jejich opětovná montáž a uvedení do původního stavu.

Podkladem jsou:

- Výkaz – výměr předmětu plnění zpracovaný zadavatelem, který je nedílnou součástí této výzvy jako příloha č. 2.
- Požadavky na vybavení stropního stativu, který je nedílnou součástí této výzvy jako příloha č. 3.
- Půdorys 1. NP budovy I1 v areálu FN v Bohunicích, s vyznačením místnosti a místa pro kotvení stativu, který je nedílnou součástí této výzvy jako příloha č. 4.

- Fotografická dokumentace místa plnění, která je nedílnou součástí této výzvy jako příloha č. 5.

Požadavky související s instalací a zapojením dodávaného Zboží:

- Prodávající (dodavatel) v cenové nabídce zohlední a na místě realizace a ve společných prostorách (přísálí, chodba atd.) zajistí dostatečný úklid, který zabezpečí bezproblémový chod sousedních pracovišť / oddělení FN Brno.
- Prodávající (dodavatel) v cenové nabídce zohlední a na místě realizace provede zakrytí / zabezpečení angiolinky, dalších přístrojů a vybavení tak, aby nedošlo během demontáže, montáže a manipulace zboží či stavebních úprav k **poškození** (mechanickému, změnou prostředí na místě realizace např. zvýšenou prašností, vlhkostí, atd.) angiolinky, dalších přístrojů a vybavení.
- Poškození vzniklá na majetku objednatele (angiolince, přístrojích, budově, vybavení atd.) při demontáži, montáži a manipulaci zboží či během stavebních úprav opraví prodávající (dodavatel) či uhradí jejich opravu a uvedení do původního stavu na své náklady před předáním předmětu plnění.

Součástí díla dále je:

- a) zhotovení dokumentace skutečného provedení ve 3 vyhotoveních tištěných a v 1 vyhotovení v elektronické verzi (na CD / flash disk) ve formátech *.dwg a *.pdf, nikoliv však ve formátech ZIP a RAR a její předání zadavateli současně s předáním a převzetím dokončené zakázky
- b) provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o vlastnostech a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných právních předpisů, doklad o likvidaci odpadů apod. a jejich předání zadavateli ve 4 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi
- c) zajištění návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla a předvedení funkčnosti zařízení obsluhujícímu personálu vše v českém jazyce ve 4 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi
- d) zaškolení obsluhy
- e) zpracování kusovníků zařízení po jednotlivých místnostech včetně výrobního čísla, typu a technických parametrů pro potřeby zařazení majetku do operativní evidence zadavatele, a to v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a to vše v českém jazyce ve 4 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kódy:

33100000-1 Zdravotnické přístroje

51400000-6 Instalace a montáž zdravotnických včetně chirurgických přístrojů

2. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na přístrojové vybavení jsou uvedeny v Příloze č. 3

Dodávka zdrojových mostů bude provedena takzvaně na klíč, včetně provedení nutných stavebních prací a elektroinstalací, a dodání veškeré potřebné dokumentace.

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako [příloha č. 1](#) k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby účastník využil vzorový text smlouvy bez jakýchkoliv změn. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy po formální stránce změnit.

Zadavatel požaduje, aby účastník do návrhu smlouvy vložil údaj o poskytované době záruky. Záruční doba dle čl. XII odst. 2 písm. a) návrhu smlouvy nesmí činit méně než 60 měsíců a dle čl. XII odst. 2 písm. b) nesmí činit méně než 24 měsíců.

Předpokládaná doba plnění

Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno po nabytí účinnosti kupní smlouvy dle harmonogramu prací a dodávek, termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.

Účastník je povinen dodat a nainstalovat přístroje, instalační rozvody, příslušenství a veškeré doklady, které se k přístrojům vztahují a provést jejich montáž nejpozději do 10 týdnů od výzvy zaslané kupujícím.

Účastník předloží do své nabídky časový harmonogram stavebních prací, jenž bude aktualizován s ohledem na zabezpečení provozu a lékařské péče a bude přílohou kupní smlouvy. Tento harmonogram musí být v týdnech a musí zahrnovat minimálně uzlové body dle skladby projektu.

Místo plnění veřejné zakázky

Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie Interní kardiologické kliniky Jihlavská 20, 625 00 Brno, budova I1, 1. NP., m. č. B.I1.1.50

4. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ

Doklady k prokázání splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii v českém jazyce. Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže účastník, pokud předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní účastník zapsán; doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dní,
- b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
- c) Účastník zadávacího řízení předloží seznam alespoň 3 významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky, přičemž hodnota každé z nich bude vyšší než 1.000.000 Kč bez DPH.
- d) Účastník zadávacího řízení předloží popis výrobku určeného k dodání. Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn., že zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků.

5. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek, a to všem účastníkům stejně, nevybrání žádného z účastníků, zrušení veřejné zakázky až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným účastníkem, a to i bez udání důvodů.
- Účastník je seznámen s tím, že mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s podáním nabídky ani na vrácení jím podané nabídky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uváděné účastníkem v jeho nabídce.
- Zadavatel nepřipouští do konce lhůty pro podání nabídek zveřejnění identifikačních údajů účastníků jiným účastníkům.

- Vybraný prodávající (dodavatel) je povinen se zadavatelem uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu po oznámení o vyhodnocení veřejné zakázky. Pokud tuto povinnost nesplní, je zadavatel oprávněn jej ze zadávacího řízení vyloučit.

6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti a to tak, že budou seřazeny podle nabídkové ceny dle přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu, bez DPH od nejnižší po nejvyšší. **Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.**

7. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE;**

8. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá uchazeč, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto uchazeče. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

Kontaktní osobou zadavatele: Ing. Josef Chudáček, investiční referent, tel.: 532 231 329, e-mail: chudacek.josef@fnbrno.cz

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny účastníky, kteří mají zájem o podání nabídky. Prohlídka místa plnění se bude konat dne **5. 5. 2023 od 11:00 hod.**; sraz účastníků se uskuteční před Informacemi v 1. NP budovy L v areálu FN Brno v Bohunicích a to nejpozději do 11:00 hod. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit vždy nejvýše 2 zástupci jednoho účastníka.

9. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel akceptuje nabídky **pouze v elektronické podobě.**

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK **dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/>**

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena ve formátu RTF, DOC, DOCX, PDF.

Účastník zadávacího řízení předloží jako součást nabídky **v samostatném souboru** elektronickou verzi kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, **a to ve formátu RTF, DOC nebo DOCX**. Elektronická verze kupní smlouvy musí být řádně vyplněna v souladu s touto zadávací dokumentací, a to **včetně příloh**, musí být **v jednom souboru** a musí být celá **strojově čitelná** v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

V případě, že obsah některé přílohy kupní smlouvy nebude **celý strojově čitelný** dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu **rovněž jako samostatný soubor**, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. ve formátu XLS nebo XLSX). Zadavatel ve vztahu k podmínkám strojové čitelnosti zejména upozorňuje, že tabulky nebo texty vložené **jako obrázky** do textového souboru se smlouvou podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv **nesplňují**. **V případě, že obsah doplňovaný do příloh smlouvy účastníkem zadávacího řízení podmínky strojové čitelnosti nesplňuje, musí jej účastník zadávacího řízení předložit jako součást nabídky v samostatném souboru, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. technická specifikace v samostatném PDF souboru s textovou vrstvou, cenová nabídka v samostatném XLSX souboru apod.)**.

Jednotlivé soubory nabídky musí být pojmenovány tak, aby bylo jednoznačné, jaký soubor má jaký význam.

Součástí nabídky musí být rozpis jednotlivých položek předmětu veřejné zakázky pro zavedení do majetku zadavatele.

Struktura nabídky:

- **Obsah nabídky** – seznam předkládaných dokumentů;
- **Krycí list** zájemce obsahující identifikační údaje zájemce, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu, ID datové schránky apod.;
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních podmínek dle této zadávací dokumentace;
- Další doklady dle této zadávací dokumentace;
- Cenová nabídka zpracovaná dle této Výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu včetně příloh.
- **Návrh kupní smlouvy** uvedený v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a zpracovaný dle této zadávací dokumentace včetně příloh, a to ve formátu *.DOC, *.DOCX nebo *.RTF.

10. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídky se stanovuje do **16. 5. 2023 do 9:00 hod.**

11. NÁZEV A SÍDLO ZADAVATELE

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČ: 65269705, DIČ: CZ65269705

Ing. Radoslav Basel MBA
investiční náměstek

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 – Výkaz – výměr předmětu plnění

Příloha č. 3 – Technická specifikace stropního stativu

Příloha č. 4 – PŮDORYS objekt I1 - 1.NP

Příloha č. 5 – Fotografická dokumentace

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o opatřeních