

Naše zn.: 2023/ 71288 /FNBRNO - 15.2.1 – On
Vaše zn.: -

V Brně dne 23. 5. 2022

Odpověď na dotaz k VZMR – Centrifuga
P23V00000120

Na základě obdržené výzvy k veřejné zakázce Vás žádám o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Níže zasíláme naše dotazy:

V kupní smlouvě je v článku II, odstl II.3 uvedeno:

Požádá-li o to písemně Kupující, je Prodávající povinen provést zaškolení techniků Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího k provádění bezpečnostně technických prohlídek Zboží dle § 45 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZP“), k provádění oprav Zboží dle § 46 ZoZP a k provádění instruktáže obsluhy Zboží dle § 41 ZoZP, to vše tak, aby Kupující byl schopen a oprávněn provádět tyto činnosti po celou dobu životnosti Zboží sám, nejméně však po dobu 10 let od podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zaškolení dle věty předchozí je Prodávající povinen dokončit do 6 měsíců od doručení písemné žádosti Kupujícího dle věty předchozí. Plnění podle tohoto odstavce smlouvy je Prodávající povinen poskytnout bezplatně, a to včetně případného opakování zaškolení po dobu životnosti Zboží.

Dotaz: Bylo by možné odstavce z kupní smlouvy odstranit? Servis našich přístrojů je zajišťován technikem, který má platný certifikát výrobce a je řádně k provádění servisu proškolen výrobcem. Za přístroje, na kterých provádí servis včetně BTK neproškolený cizí technik, nenese naše společnost zodpovědnost a nebude moci zajišťovat bezplatně záruční servis.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel souhlasí s vynecháním výše zmíněného odstavce.

Dodavatel je oprávněn si dokumenty upravit dle výše zmíněných odpovědí.

S pozdravem

Ing. Pavlína Ondráčková
Tel.: 532 233 805