

Naše zn.: 2023/94055/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ed

Vaše zn.: -

V Brně dne 08. června 2023

Odpověď na dotazy k VZMR AED defibrilátor ev.č. P23V00000200

1. V příloze č. 1 Technická specifikace AED požadujete: Interní baterie s životností min. 150 výbojů o energii 200 J.

Budete akceptovat nabídku AED s interní baterií a kapacitnou 140 výbojů o energii 200 J?

Odpověď: Ano, budeme akceptovat AED s kapacitou baterie pro 140 výbojů o energii 200 J.

2. V příloze č. 1 Technická specifikace AED požadujete: Rozměry přístroje včetně případného ochranného obalu max. 350x250x120 mm.

Budete akceptovat nabídku AED s s rozměry 310x255x100 mm?

Odpověď: Ano, budeme akceptovat AED s rozměry 310x255x100 mm.

Termín podání nabídky

Zadavatel původní termín pro podání nabídky 9. 6. 2023 do 11:00 hodin je nově změněn na 23. 6. 2023 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Kateřina Edesová
referent obchodního oddělení
FN Brno