

Naše zn.: 2023/94191/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ed

Vaše zn.: -

V Brně dne 08. června 2023

Odpověď na dotazy k VZMR Horkovzdušný sterilizátor ev.č. P23V0000201

Dotaz:

zadavatel požaduje v předmětné veřejné zakázce „Horkovzdušný sterilizátor – 1 ks“ maximální příkon sterilizátoru 1500 W.

Příkon sterilizátoru není za provozu konstantní a maximální hodnoty dosahuje jen při prvotní fázi sterilizačního cyklu.

Bude zadavatel akceptovat zařízení splňující stanovený účel s maximálním příkonem o pouhých 200 W vyšším, tj. 1700 W?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat i sterilizátor s maximálním příkonem 1700 W.

Termín podání nabídky

Zadavatel původní termín pro podání nabídky 12. 6. 2023 do 11:00 hodin je nově změněn na 23. 6. 2023 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Kateřina Edesová
referent obchodního oddělení
FN Brno