

Naše zn.: 2023/98417/FNBmo - 15.2.1 – Lu/Ed
Vaše zn.: -

V Brně dne 15. června 2023

Odpověď na dotazy k VZMR AED defibrilátor II. ev.č. P23V00000200

V příloze č. 1. Technická specifikace AED, požadujete tento parametr: „Doba nabíjení na energii 200 J max. 10s“

Dotaz č. 1: **Bude Zadavatel akceptovat nabídku AED s dobou nabíjení na energii 200 J < 12 s.?**

Odpověď: Ano, budeme akceptovat.

V příloze č. 2. Technická specifikace AED, požadujete tento parametr: „Interní baterie s životností min. 150 výbojů o energii 200 J“.

Dotaz č. 2: **Bude Zadavatel akceptovat nabídku AED s interní baterií a kapacitou 60 výbojů o energii 200 J?**

Odpověď: Ano, budeme akceptovat.

Termín podání nabídky

Zadavatel původní termín pro podání nabídky 23. 6. 2023 do 11:00 hodin je nově změněn na 3. 7. 2023 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Kateřina Edesová
referent obchodního oddělení
FN Brno