



STÁVAJÍCÍ STAV



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OCEL. KCE 2xU8.80
- STÁVAJÍCÍ KANÁLEK

NAVRHOVANÝ STAV



LEGENDA

- VSTUP DO PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ OCEL. KCE 1x.200
- STÁVAJÍCÍ KANÁLEK
- OHEBNÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA (např. KOPOFLEX) vnitřní ø50mm

LEGENDA

- OLOVEM STÍNĚNÉ DVEŘE
- VAROVNÉ SVĚTLO (PŘI VYŠETŘENÍ)
- OVLADAČ DVEŘÍ
- OLOVNATÉ SKLO 900X600 mm
- OLOVEM STÍNĚNÁ STĚNA
- ZDROJ NAPĚTÍ (400VAC, 3 FÁZE, 125A)
- ZDROJ NAPĚTÍ (230VAC, 1 FÁZE)
- STOP TLAČÍTKO
- LAN

SCHEMA PROPOJENÍ

OD	DO	DELKA KABELU	VEDENÍ KABELU NA MÍSTO
1 VYŠETŘOVACÍ STŮL	3 GENERATOR	—	2,65m
3 GENERATOR	55 ZDROJ NAPĚTÍ	—	1,5m
3 GENERATOR	2 VERTIGRAF	—	8,7m
3 GENERATOR	5 KOLEJNICE P??N??	—	5,8m
3 GENERATOR	6 PRACOVNÍ STANICE	—	2,0m

- 1 VYŠETŘOVACÍ STŮL
- 2 VERTIGRAF
- 3 GENERÁTOR
- 4 KOLEJNICE PODÉLNÉ dl.5m
- 5 KOLEJNICE PŘÍČNÉ dl.3m
- 6 PRACOVNÍ STANICE
- 7 CIB
- VSTUP DO KANÁLKU
- VSTUP DO STRONÍHO ZÁVĚSU
- OHEBNÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA (např. KOPOFLEX) vnitřní ø50mm

infiniti prochzení oceli		Název stavby: REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO INSTALACI CT ZARÍZENÍ v objektu E, Fakultní nemocnice R43 SKIAGRAFY		Objednavatel: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno IČ: 65269705	
Místo stavby: FN BRNO, NEMOCNICE BOHUNICE, BUDOVA E, Jihlavská 20		Zakázka: 0015_2023		Formát: A2	
Zhotovitel: Ing. Jana Třeštková IČO: 74262971 Benešská 4157/10 628 00 Brno tel. 731484231		Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Michal Roubíček ČKAIT 0007817 U Malvových 2671/28 150 00 Praha 5		Stavební objekt: SO_KD01	
Zodpovědný projektant: Ing. Jana Třeštková		Část dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		Paré: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Vypracoval: Ing. Jana Třeštková		Obsah výkresu: PŮDORYS UMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIÍ		Datum: 04/2023	
				Číslo výkresu: D.1.11	