

Naše zn.: 2023/101117/FNBrno - 14.7 – DrR/Sr
Vaše zn.: -

V Brně dne 23. 6. 2023

Veřejná zakázka – Přestavba endoskopické sestavy

Vážení, zadavatel obdržel dne 20. 6. 2023 dotaz, týkající se veřejné zakázky s názvem Přestavba endoskopické sestavy, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

Zadavatel v Technické specifikaci v části „Zobrazovací monitor“ požaduje dodání monitoru s technologií IPS. Bude zadavatel akceptovat nabídku zobrazovacího monitoru bez IPS technologie?“

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat zobrazovací monitor bez technologie IPS, pokud však bude nabízený monitor splňovat jinou vyšší technologii obrazu, a sice TFT active matrix.

Na základě této odpovědi bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Ing. Michaela Stravová, DiS., referent OPV, tel. 532 231 240, Stravova.Michaela@fnbrno.cz