

Naše zn.: 2023/108118/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ka

V Brně dne 4. července 2023

VZMR – Inkubátory CO₂, část 2

E-ZAK sys. č. P23V00000276

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz:

Rádi bychom vás tímto požádali o poskytnutí dodatečné informace v rámci tohoto VZMR v části 2. CO₂ inkubátor (velký) a prosíme o odpověď na náš dotaz.

V TS máte uvedený následující požadavek: Senzor hladiny vody v zásobníku a signalizace alarmu pro hladinu vody.

Náš dotaz: Je pro vás přípustné nabídnutí CO₂ inkubátoru bez senzoru hladiny vody v zásobníku a tím bez signalizace alarmu pro hladinu vody?

Vysvětlení: Výrobce, kterého inkubátor chceme nabídnout, u všech nových modelů od vybavení senzorem hladiny se signalizací alarmu záměrně upustil. Tím přešel k bezúdržbovému a zároveň bezporuchovému vizuálnímu systému kontroly hladiny, kde zvětšil objem zásobníku a odstranil elektronické hlídání hladiny, které vyžadovalo pravidelné čištění či údržbu.

Odpověď:

Pro zadavatele je přípustné upustit od požadavku na senzor hladiny vody v inkubátoru a akceptujeme vizuální systém kontroly.

S pozdravem

Ing. Žaneta Kalmárová
obchodní oddělení FN Brno