

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2014/ FNBRNO - 15.2.1– Va/Be
Vaše zn.: -

V Brně dne 2. července 2014

Odpověď na dotazy k VZMR – Bicyklový ergometr

Dotaz č. 1:

Dobrý den, měli bychom dotaz k bodu č. 2 zakázky – Bicyklový ergometr. Je zde uváděn parametr "QT disperze" Opravdu požadujete tento parametr?
Pokud ano, bylo by možné jej nahradit parametrem HRV?

Odpověď č. 1:

Zadavatel zdůrazňuje, že požaduje **vyšetřovací jednotku pro spiroergometrii, tzn. ergometr + EKG snímací a zapisovací systém + plynový analyzátor + PC na ukládání a zpracování výsledků**, tedy nikoliv prostou ergometrii. Na Váš dotaz ohledně 12-ti kanálového PC EKG a měření QT disperze Vám sdělujeme, že tento parametr může být nahrazen měřením HRV.

Ostatní zůstává beze změn.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

v z. Martina Střechová

Vyřizuje: Barbora Beranová, tel.: 532 232 773

Naše zn.: 2014/FNBRNO - 15.2.1– Va/Be