

V Brně dne 31. 7. 2023

Naše zn.: 2023/121291/FNBrno - 14.7 - DrR/Ha  
Vaše zn.:

## **Veřejná zakázka – Spotřební materiál pro hematologické vyšetření pro OKH 2023**

Vážení,

zadavatel obdržel dne 27. 7. 2023 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Spotřební materiál pro hematologické vyšetření pro OKH 2023, ke kterému sděluje následující:

### **Dotaz č. 1:**

Zadavatel požaduje podmínku "minimálně 110 vyšetření krevního obrazu s diferenciálem/hod" v technické specifikaci přístroje.

Akceptoval by zadavatel rychlost 100 vyšetření krevního obrazu s diferenciálem/hod.

### **Odpověď:**

Zadavatel uvádí, že trvá na původním znění zadávací dokumentace.

### **Dotaz č. 2:**

Zadavatel požaduje zdvojení diagnostik na palubě analyzátoru.

Dotaz č.2

Akceptoval by zadavatel systém hlídání množství reagentů na palubě s včasným upozorněním k doplnění?

### **Odpověď:**

Zadavatel uvádí, že trvá na původním znění zadávací dokumentace.

### **Dotaz č. 3:**

Místem dodání je Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Brno, a to dle volby Kupujícího Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, a Obilní trh 11, 602 00 Brno, a Pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno

Dotaz č.3

Mohl by zadavatel upřesnit, pro které oddělení je VZ vypsána? Jedná se o OKH ve FN Brno Bohunice nebo Porodnici na Obilním trhu?

### **Odpověď:**

Zadavatel uvádí, že místem dodání je Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Na základě této odpovědi bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA  
ředitel