

Naše zn.: 2023/127308/FNBrno - 15.2.1 - Lu/Kou
Vaše zn.: -

V Brně dne 10. srpna 2023

Odpověď na dotazy k VZMR – Indirektní hlavový binokulární oftalmoskop ev. č. P23V00000333

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: zdroj světla – teplá bílá LED 3W.
Nabízíme LED osvětlení v teplotě světla 3800K. Výkon diody výrobce neuvádí, avšak světelný výkon je 1000 luxů.

Bude toto řešení zadavatel akceptovat?

Teplota světla 3800K je již celkem na kraji teplé bílé, ale dala by se ještě za teplou barvu považovat. V technické specifikaci byl požadavek na maximální jas 600 Lx (ve vzdálenosti 500 mm od přístroje s UV filtrem), tento parametr tedy značně převyšuje.

Odpověď na dotaz č. 1: Zadavatel akceptuje teplotu světla 3800K.. Požadavek na maximální jas je 600 Lx (ve vzdálenosti 500 mm od přístroje s UV filtrem), vámi nabízený jas 1000 Lx tento požadavek značně převyšuje a nemůžeme jej akceptovat.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: průměr oblasti osvětlení – měnitelné pro pupilární vzdálenost 19 mm, 50 mm, 80 mm (ve vzdálenosti 500 mm od přístroje).

Nabízíme výrobcem deklarovaný průměr osvětlení 20, 40 a 60 mm ve vzdálenosti 440 mm od přístroje.

Bude toto řešení zadavatel akceptovat?

Odpověď na dotaz č. 2: Zadavatel bude toto řešení akceptovat.

Dotaz č. 3: Zadavatel v technické specifikaci požaduje: výdrž baterie 5 hodin svícení (při maximální intenzitě).

Nabízíme výrobcem deklarovanou výdrž baterie 1 hodinu na plný výkon a 6 hodin na normální vyšetřovací výkon. Dále k tomu nabízíme 1 náhradní baterii, takže nehrozí nemožnost vyšetření. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď na dotaz č. 3: Zadavatel výše uvedenou alternativu neakceptuje.

Termín pro přijetí nabídek byl prodloužen do 22. 8. 2023, 11:00 hod.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Ing. Dana Koukalová, tel.: 532 232 773

Naše zn.: 2023/127308/FNBrno - 15.2.1 - Lu/Kou