

Naše zn.: 2023/128751/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ka

V Brně dne 15. srpna 2023

VZMR – Bipolární resektoskopy s příslušenstvím, E-ZAK sys. č. P23V00000380

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje připojení jehlové incizní elektrody rovné a šikmé. Dle znalostí účastníka tyto dva typy elektrod v současné době nabízí výhradně společnost Olympus. Bude Zadavatel akceptovat nabídku incizní elektrody, jejíž úhel lze libovolně upravit (elektroda je k tomu určena)?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje připojení až 5- nástrojů (a 6 pozic) k elektro koagulační jednotce. Účastník nabízí připojení 4 nástrojů. Jedná se o standardní řešení, kdy na operačním sále tento počet převyšuje potřebu, vyplývající z běžné praxe. Bude Zadavatel akceptovat jednotku, která umožňuje připojení 4 nástrojů?

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje ovládání elektro koagulační jednotky pomocí bezdrátového pedálu. Bude Zadavatel akceptovat ovládání pomocí pedálu, který je připojený pomocí 5 m kabelu (jedná se o standardní řešení, které je dnes ve FN využíváno)?

Odpověď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat.

Zadavatel bude vzhledem k úpravě zadávacích podmínek prodlužovat termín pro podání nabídky.

S pozdravem

Ing. Veronika Hofírková
obchodní oddělení FN Brno