

Naše zn.: 2023/130277/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ho

V Brně dne 16. srpna 2023

VZMR – Bipolární resektoskopy s příslušenstvím, E-ZAK sys. č. P23V00000380

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

Možnost připojení vaporizačních elektrod min. 3 velikostí (malá, střední a velká).

Akceptuje zadavatel, bez jakékoliv penalizace, dodávku vaporizačních elektrod o dvou velikostech dle specifikace vaporizační elektroda ve tvaru „hříbku“ a vaporizační elektroda oválná?

Odůvodnění: Vaporizační elektrody různých velikostí a tvarů nejsou standardem na trhu s elektrodami. Je vzhledem k absenci v technické specifikaci možné, že došlo k administrativní chybě ze strany zadavatele, který zřejmě chtěl specifikovat elektrody resekční, které se v různých velikostech standardně nabízejí.

Odpověď č. 1:

Zadavatel **bude akceptovat** i variantu dodání vaporizačních elektrod o dvou velikostech ve tvaru hříbku a oválné vaporizační elektrody za splnění všech ostatních podmínek plynoucích z technické specifikace.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: Bezdrátový třípedálový nožní spínač, 1 ks

Akceptuje zadavatel, bez jakékoliv penalizace, dodávku třípedálového nožního spínače připojeného 4 m kabelem?

Odůvodnění: Dodavatel disponuje jak bezdrátovým, tak drátovým nožním spínačem s 4 m kabelem. Ve FN Brno je dnes standardně využíván drátový nožní spínač.

Odpověď č. 2:

Zadavatel **nebude akceptovat** nabízenou variantu kabelového třípedálového nožního spínače s délkou kabelu 4 m a trvá na požadavku ze specifikace bezdrátového třípedálového nožního spínače.

S pozdravem

Ing. Veronika Hofírková
obchodní oddělení FN Brno