

Naše zn.: 2023/131257/FNBrno - 15.2.1 – Lu/ho

V Brně dne 18. srpna 2023

VZMR – Bipolární resektoskopy s příslušenstvím, E-ZAK sys. č. P23V00000380

Oprava odpovědi na žádost o vysvětlení dokumentace ze dne 15.8.2023

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje ovládání elektro koagulační jednotky pomocí bezdrátového pedálu. Bude Zadavatel akceptovat ovládání pomocí pedálu, který je připojený pomocí 5 m kabelu (jedná se o standardní řešení, které je dnes ve FN využíváno)?

Odpověď č. 3:

Zadavatel **nebude akceptovat** a trvá na původním znění v technické specifikaci bezdrátového třípedálového nožního spínače.

S pozdravem

Ing. Veronika Hofírková
obchodní oddělení FN Brno