

Naše zn.: 2023/128018/FNBRNO – 15.2.1 – Lu/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 11. srpna 2023

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je:

- dodávka 2 ks antidekubitních matrací pro Kliniku interní geriatry a praktického lékařství, Fakultní nemocnice Brno pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:

- a) ve vzorovém textu kupní smlouvy – Příloha č. 2

Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy. Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí **nabídky** dále musí být:

- Vlastní nabídka s popisem nabízeného zboží, včetně doložení požadovaných Samostatných příloh a to prostou kopií dokumentů
- Doplněná příloha č. 2 – Podepsaný návrh kupní smlouvy
- Doplněná příloha č. 3 – Položkový rozpočet

- Doplněná příloha č. 4 - Krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
- Doplněná příloha č. 5 – ČP o opatřeních k mezinárodním sankcím
- Doplněná příloha č. 6 – Importní tabulka

4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v systému E-ZAK bez DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy, cla, složení, obaly apod.

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou **bez DPH** dle bodu č. 4.

6. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**

7. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Antidekubitní matrace**“

8. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím systému E-ZAK.

9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

05.09. 2023 do 10:00 hod

10. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem bez udání důvodu.

11. NÁZEV A SÍDLO ZADAVATELE

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Dagmar Kovaříková, tel. 532 232 783

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Návrh vzorové kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet

Příloha č. 4 – Krycí list

Příloha č. 5 – ČP o opatřeních k mezinárodním sankcím

Příloha č. 6 – Importní tabulka

Příloha č. 1: Technická specifikace

Antidekubitní matrace - 2 ks

- aktivní antidekubitní matrace vhodná pro podporu léčby až 4. stupně dekubitu
- dvě samostatné aktivní alternující vrstvy matrace
- pulzní systém s řízenou pulzací minimálně 3:1, změny tlaků v celách max. po 3 minutách
- min. 3 hlavové cely bez alternace
- plně automatický režim bez nutnosti manuálního nastavení tlaku dle váhy pacienta
- regulace tlaku v pánevní části při polohování lůžku min. od 30°
- provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti min. 5 l vzduchu za minutu
- cely uspořádané do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování
- režim nízkého tlaku pro automatickou optimalizaci tlaku v matraci bez ohledu na polohu pacienta
- postranní statické cely pro snadnější mobilizaci pacienta
- možnost rychlého vypuštění vzduchu pro CPR, zvuková a optická signalizace aktivace
- vodotěsný, snímatelný, paropropustný povlak, rozepínatelný ze čtyř stran
- integrované popruhy sloužící k připevnění k rámu postele
- nosnost min. 200 kg
- kompatibilní s lůžkem o rozměrech ložné plochy 200 cm x 90 cm
- možnost zavěšení kompresoru na čelo lůžka
- záložní baterie pro napájení kompresoru, provoz na baterii po dobu min. 6 h, s indikátorem stavu nabití

Další podmínky:

- Prohlášení o shodě (PoS) v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zákona č. 375/2022 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy, pokud se jedná o zdravotnický prostředek. V případě, že PoS bude v jiném, než výše uvedeném jazyce, bude dodán ověřený překlad do češtiny včetně tlumočnické doložky.
- Doklad o splnění Zákona č. 89/2021 Sb., § 23 - registrovaný distributor ZP a servis v ČR, pokud se jedná o zdravotnický prostředek nebo zdravotnický prostředek in vitro.
- Uživatelský manuál v ČJ ve formátu .pdf s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search. Manuál nesmí být starší 5 let.
- Uživatelský manuál v AJ ve formátu .pdf (je-li výroba přístroje mimo ČR) s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search. Verze manuálu v AJ musí být shodná s verzí manuálu v ČJ.
- Čestné prohlášení, že servis je v EU.
- Čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku a náhradní díly na minimálně 10 let od dodání přístroje.
- Doložení pověření školitele výrobcem k provádění instruktáže dle § 41 Zák. 375/2022 Sb. v platném znění
- Doložení proškolení osoby provádějící servis, dle § 46 Zákona č. 375/2022 Sb.