

Naše zn.: 2023/135612/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 28. srpna 2023

Odpověď na dotazy k VZMR II - Indirektní hlavový binokulární oftalmoskop ev. č. P23V00000333

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje max. jas 600 Lux.

Námi nabízený přístroj má v maximu jas až 1000 Lux. Nehledě na to, že větší jas je výhodnější (např. pro prosvětlení zkalených čoček) je možno jas regulovat v rozsahu 0 - 1000 Lux.

Bude toto řešení zadavatel akceptovat?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel výše uvedenou alternativu neakceptuje.

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 9. a původní termín pro podání nabídky 25. 8. 2023 do 11:00 hodin je nově změněn na 1. 9. 2023 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674