

Naše zn.: 2023/ 136570 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 29. 8. 2023

Odpověď na dotazy k VZMR – Termostat CO2
P23V00000336

Dotaz č. 1

V TS máte uvedený následující požadavek: Signalizace alarmů-teplota, CO2, hladina vody, dveře. Náš dotaz: Je pro vás přípustné nabídnutí CO2 inkubátoru se všemi alarmy kromě signalizace alarmu hladiny vody?

Vysvětlení: Výrobce, od kterého inkubátor chceme nabídnout, u všech nových modelů od vybavení senzorem hladiny se signalizací alarmu záměrně upustil. Tím přešel k bezúdržbovému a zároveň bezporuchovému vizuálnímu systému kontroly hladiny, kde zvětšil objem zásobníku a odstranil elektronické hlídání hladiny, které vyžadovalo pravidelné čištění a údržbu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat i CO2 inkubátor bez indikace hladiny. Ostatní indikátory vyžaduje dle technické specifikace.

Zadavatel současně upravuje bod **9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY**a mění termín přijetí nabídek z 6.9.2023 do 12:00 hod **na 8. 9. 2023 do 12:00 hod**

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784