

Naše zn.: 2023/ 138778 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 1. 9. 2023

Odpověď na dotazy k VZMR – Termostat CO2
P23V00000336

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci na Termostat CO2 je požadavek „regulace teploty min +5 až +50 °C od teploty okolí“ a „přesnost regulace teploty +-0,1 °C“. Dle našich zkušeností bývají CO2 inkubátory bez chlazení využívány ve spodní hranici v rozsahu výrazně výše nad teplotu okolí, v horní hranici pak maximálně do cca 50°C. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku na Termostat CO2 splňující požadavek: „regulace teploty min +7 °C nad teplotu okolí až +50 °C“. Ostatní parametry, včetně požadavku na přesnost regulace teploty, budou zachovány.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat požadavek „regulace teploty min +7 °C od teploty okolí až +50 °C“ při dodržení ostatních požadavků.

Dotaz č. 2

Prosíme o úpravu článku VII.6 poskytnutého návrhu kupní smlouvy v souladu s přílohou 3b. a vaší ZD a také článku IV.5 vzorové servisní smlouvy a doplnění textu z TS a dle ZD „pokud to charakter přístroje umožňuje“. Např. Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy, pokud to charakter přístroje umožňuje, Zboží zapůjčí a nainstaluje Kupujícímu bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží.

Prosíme o úpravu článku VI.3 vzorové servisní smlouvy a lhůty na 6 měsíců, kdy takto nám je poskytnuta záruka na náhradní díly ze strany výrobce.

Připouštíte úpravu článku VII.4 servisní smlouvy z původních 8 let na 5 let?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel souhlasí s navrhovanou úpravou článku VII.6 vzorové kupní smlouvy a článků IV.6 a VI.3 vzorové servisní smlouvy.

Zadavatel však nepřipouští úpravu článku VII.4 (5 let místo 8 let) servisní smlouvy.

Zadavatel současně upravuje bod 9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

a mění termín přijetí nabídek z 8.9.2023 do 12:00 hod na 15. 9. 2023 do 12:00 hod

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784

Naše zn.: 2023/ 136570 /FNBRNO - 15.2.1– Eg