

Naše zn.: 2023/ 141558 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 6. 9. 2023

Odpověď na dotazy k VZMR – Termostat pro OKMI
P23V00000454

Dotaz č. 1

Smlouva ukládá plnění do 6 týdnů od zveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv.
Bude zadavatel akceptovat termín dodání 10 týdnů z důvodů potvrzení reálného termínu, které nám bylo v tomto týdnu zasláno výrobcem?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat dodání do 10 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Dotaz č. 2

Součástí požadavků je „Vstupní validace parametrů v ceně nabídky a další v záruční době zdarma“
Co si pod tím zadavatel konkrétně představuje? Bude dostačující kalibrační list výrobce a jednou ročně externí ověření (validace) teploty ve 3 bodech uvnitř komory?

Odpověď na dotaz č. 2:

Vstupní validace je validace parametrů po dodání a na místě instalace (po předání přístroje. Kalibrační list výrobce nepostačuje. Tzn., po instalaci a dále jednou ročně (externí) ověření (validace) teploty ve třech bodech uvnitř komory

Zadavatel současně upravuje bod **9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY**
a mění termín přijetí nabídek z 18.9.2023 do 12:00 hod na **21. 9. 2023 do 12:00 hod**

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784