

Naše zn.: 2023/ 147968 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 21. 9. 2023

Veřejná zakázka Reverzní osmóza a horká dezinfekce

Vážení,

zadavatel obdržel dne 18. 9. 2023 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Specifikace – Zadávací dokumentace – „III. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA“ – Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona a způsob jejího prokázání

Pro splnění Technické kvalifikace požaduje Zadavatel seznam min. 2 významných dodávek a to následovně:

Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) seznam min. 2 významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální finanční objem každé z nich musí činit alespoň 3 000 000,- Kč bez DPH.

Za dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka reverzní osmózy s horkou dezinfekcí

Hodnota každé realizace se odvíjí od konfigurace celého systému úpravy vody (předúpravy, reverzní osmózy a způsobu dezinfekce) a pohybuje se mezi 1-3 miliony Kč bez DPH. Naše společnost realizovala desítky dodávek reverzní osmózy na mnoho dialyzačních středisek v České republice, a to včetně 4 s horkou dezinfekcí, realizovaných mezi lety 2016 až 2021. Z toho vyplývá bohatá a dlouhá historie dodávek reverzních osmóz pro dialyzační střediska s horkou i s chemickou dezinfekcí, nicméně aktuálně však můžeme doložit pouze jednu realizaci zařízení s horkou dezinfekcí v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. V současné době realizujeme další dodávku reverzní osmózy s horkou dezinfekcí, která bude dokončena před termínem odevzdání nabídek do této veřejné zakázky, avšak nikoliv před zahájením zadávacího řízení. Proto nejsme, jako největší dodavatel reverzních osmóz pro dialyzační střediska v České republice, tyto neadekvátně vysoké reference schopni splnit.

Upraví zadavatel požadavky na splnění Technické kvalifikace tak, aby nás jako významného dodavatele a možná všechny možné uchazeče nevyklučovaly, tedy na průměrnou hodnotu min. finanční objem každé dodávky alespoň 1,5 mil. Kč bez DPH, nebo 3 mil. Kč bez DPH v součtu dodávek a bude považovat za dodávku pro účely této veřejné zakázky dodávku velké reverzní osmózy pro dialyzační středisko?

Odpověď:

Zadavatel s ohledem na výše uvedené přistoupil ke změně zadávací dokumentace a mění bod

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona a způsob jejího prokázání takto:

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) **min. 1 významnou dodávku¹** poskytnutou za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby

¹ Za dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka reverzní osmózy s horkou dezinfekcí

jejího poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální finanční objem dodávky musí činit alespoň 1 500 000,- Kč bez DPH.

Dotaz č. 2:

Dle přílohy č. 1 Technická specifikace zadávací dokumentace je v podmínkách pro systém horké dezinfekce uveden následující požadavek:

„Uživatel musí mít možnost dálkového sledování provozu RO včetně kontroly provozních parametrů úpravny vody a systému horké dezinfekce (minimálně možnost sledovat vodivosti, průtoky, teploty a provozní stavy) prostřednictvím webového náhledu na libovolném PC nebo prostřednictvím aplikace běžící na PC zadavatele.“

Při předběžné tržní konzultaci vyplynulo, že zadavatel přímo nepožaduje zapojení systému úpravny vody a horké dezinfekce do své IT infrastruktury a naopak uvítá separátní propojení zařízení s místem dohledu (HD sál, velín KARIM) mimo IT infrastrukturu.

Žádáme tedy o úpravu textu Technických podmínek v tomto smyslu – vypuštění „prostřednictvím webového náhledu na libovolném PC“.

Zařízení pak bude možné z těchto míst dálkově ovládat (zapnout / vypnout) a sledovat jeho hlavní provozní stavy. Výpis provozních hodnot ať už z paměti zařízení nebo online pak je možný přímo na PC uživatele (notebook) napojený na datový port zařízení v místnosti instalace.

Odpověď:

Zadavatel předně podotýká, že tento dotaz vzešel z prohlídky místa plnění na základě diskuse ohledně propojení požadovaného zařízení (na 4. patře budovy L) s uživatelským PC (na Hemodialýze v 6. patře budovy L). Zadavatel na základě dotazu přistoupil ke změně zadávací dokumentace a mění

Přílohu č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky, část Systém horké dezinfekce takto:

- Uživatel musí mít možnost dálkového sledování provozu RO včetně kontroly provozních parametrů úpravny vody a systému horké dezinfekce (minimálně možnost sledovat vodivosti, průtoky, teploty a provozní stavy) prostřednictvím zobrazovacího zařízení (PC, infopanel, apod.) umístěného na zdi hemodialyzačního sálu. Propojení úpravny vody a systému horké dezinfekce se zobrazovacím zařízením bude vedeno separátně (nebude využita stávající IT infrastruktura FN Brno). Součástí dodávky je i realizace propojení, dodávka zobrazovacího zařízení a jeho uchycení na zeď.

Na základě shora uvedeného zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek o celou původní dobu.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno