

Naše zn.: 2023/150155/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ka

V Brně dne 27. září 2023

VZMR – Monitory vitálních funkcí, část 1

E-ZAK sys. č. P23V00000498

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje "grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních min. 96 hodin". Umožní zadavatel nabídnout monitor s grafickými i tabulkovými trendy měřených parametrů za dobu posledních 48 hodin?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude zařízení s daným parametrem akceptovat.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje "hmotnost monitoru max. 6 kg". Umožní zadavatel nabídnout monitor o hmotnosti 6,6 kg?

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude zařízení s daným parametrem akceptovat.

S pozdravem

Ing. Žaneta Kalmárová
obchodní oddělení FN Brno