

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

V technickém popise zadávací dokumentaci u matrace a) je popsána aktivní antidekubitní matrace, ač v názvu je pouze antidekubitní matrace. Její popis je plně odpovídá aktivní antidekubitní matrací. Bohužel předpokládaná hodnota těchto matrací je pouze 58.036,40,- Kč což vychází na 7.254,55,- s DPH na 1ks matrace. U těchto typů matrací s těmito parametry je takováto hodnota nereálná.

Jelikož je tato zakázka vypsána již po třetí, porovnal jsem zadání druhého vydání této zakázky s tímto novým zadáním. V druhém vydání bylo zadavatelem požadováno 8ks pasivních matrací a 8ks aktivních matrací. Těmto matracím i odpovídala i předpokládaná hodnota zakázky.

Nepomýlil se tedy zadavatel, když u typu a) Lůžko resuscitační – matrace s předpokládanou hodnotou 58.036,40,- Kč (s DPH) požaduje aktivní antidekubitní matrace? Myslíme si, že na základě předešlé zrušené zakázky na tyto matrace by se mělo jednat o pasivní antidekubitní matrace, i vzhledem k tak nízké předpokládané hodnotě.

Odpověď:

Zadavatel trvá na stanovených technických parametrech. V zadávací dokumentaci došlo ke změnám, které byly schváleny Ministerstvem zdravotnictví, jakožto poskytovatelem dotace, o omyl se tedy nejedná.