

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2014/.. /FNBRNO – 15.2.1 – Va/So
Vaše zn.: -

V Brně 25. července 2014

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka **1ks Profesionální laboratorní ledničky** pro Gynekologicko-porodnickou kliniku, Pracoviště reprodukční medicíny, Fakultní nemocnice Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Medicínský účel – přístroj bude sloužit k uchovávání léků pro studii ESTHER-1..

Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.

Přístroj musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

2. Obchodní podmínky

- Splatnost faktury bude stanovena na 60 dnů, datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání a převzetí Zboží.
- Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, Kupujícímu **do 2 týdnů** od objednání, a Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít. **Zadavatel požaduje co nejrychlejší dodání !!**
- Okamžikem předání a převzetí Zboží na základě protokolu o předání a převzetí Zboží nabývá Kupující vlastnické právo ke Zboží a přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
- Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně se Zbožím i veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání Zboží:
 - 2x návod k ovládání Zboží v českém jazyce (1x v listinné podobě, 1x v datové podobě na CD/DVD/flash disku ve formátu *.doc, *.rtf nebo *.pdf – při předání),
 - ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce. Zároveň bude přímo na Zboží grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE.

3. Další podmínky zadavatele

Součástí nabídky musí být v českém jazyce:

- ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce,
- uvést místo servisu v ČR,
- 1x návod k ovládání v českém jazyce.

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokument; jeho nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokument zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu, možnosti zapůjčení náhradních nosítek po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin); pozn.: Tento dokument je čistě informativní, požadovaný za účelem zjištění případných pozáručních servisních podmínek zájemce.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoliv důvodu) až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková cena v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou Zboží, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, validaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, nebo jiné vstupní měření, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly v průběhu záruční doby.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH.

6. Poskytování dodatečných informací

V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícímu poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v elektronické podobě a označená slovy „**Nabídka – Profesionální laboratorní lednička**“.

Nabídka bude obsahovat:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů
- Krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
- Doklady dle 3. bodu této výzvy
- Cenová nabídka dle 4. bodu této výzvy

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 31. 7. 2014 do 11,00 hod.
- nabídka bude podána v elektronické podobě do systému EZAK.

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Soukupová Lenka, tel.: 532 233 640

Přílohy :

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Lednička bude sloužit na uchovávání léků pro studii ESTHER-1 v specifickém teplotním rozmezí striktně požadovaném protokolem studie!

- Příkon 1,5 A
- Rozměry (v x š x h) 180x60x60 cm
- Objem brutto 360 l
- Čistý obsah chladicí části 344 l
- Pracovní teplota okolí +16°C až + 32°C
- Klimatická třída 2 SN-T
- S ventilátorem
- Výstup alarmu
- Výstup pro monitoring teplot
- Obsah 360 l.
- Digitální ukazovatel teploty +3°C až +8°C
- Nastavení po 0,1°C
- Ukazatel teploty chladicí části: vnější digitální
- Kontrolka poruchy: optická a akustická
- Samo zavírací dveře (nejsou nutné skleněné)
- Optický a akustický alarm
- LED osvětlení
- Systém chlazení v chladicí části: dynamický
- Způsob odmrazování v chladicí části: automatický
- Typ ovládání: elektronické
- Přejímadka pro externí čidlo
- Materiál poliček: rošty potažené umělou hmotou
- Počet poliček: 6, z toho výškově nastavitelných: 5
- Nosnost polic: 60 kg
- Umístění dveří: vpravo lze zaměnit
- Zámek
- Chladnička pro laboratorní účely
- Povrchová úprava boků: bílá