

Naše zn.: 2023/ 160070 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 25.10. 2023

**Odpověď na dotazy k VZMR – Tympanometr**  
P23V00000533

Dotaz č. 1:

Chtěl bych se zeptat ohledně výběrového řízení 2023/156240/FNBrno na dodávku tympanometru.

V dokumentaci k zakázce se píše tlak -600dPa až +300dPa. My máme, chceme nabídnout přístroj, který má rozsah -400dPa až +200dPa.

Takto zadaný rozsah naznačuje zakázku šitou na míru na konkrétní přístroj a konkrétní firmu.

Z audiologického hlediska je rozsah plně dostačující, běžně stačí rozsah -300 dPa až +150dPa.

**Odpověď č.1:**

**Zadavatel trvá na svých původních zadávacích podmínkách.**

Dotaz č. 2

A dále zda je nutné zde mít bod, že umožňuje rozšíření na měření emisí. V zadání je psán ruční screeningový tympanometr.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

**Zadavatel trvá na svých původních zadávacích podmínkách.**

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová  
obchodního oddělení  
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784