

Naše zn.: 2023/ 160686 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 26. 10. 2023

Odpověď na dotazy k VZMR – Operační světlo mobilní
P23V00000534**Dotaz č. 1**

V technické specifikaci, příloha č.1 je požadováno svítidlo s fokusací ohniska 14 – 25 cm avšak v dalším bodě je požadován průměr osvětleného pole pole 14 – 18 cm. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat svítidlo s fokusací ohniska i průměru osvětleného pole 13 – 18 cm ?

Odpověď na dotaz č. 1:

Akceptujeme svítidlo s fokusací ohniska i průměru osvětleného pole 13 – 18 cm.

Dotaz č. 2

Mohl by zadavatel vysvětlit následující požadované parametry?

1/ "s fokusací ohniska 14-25 cm"

Námi nabízené svítidlo má fokusovatelnou pracovní vzdálenost 70 - 150 cm.

Odpověď na dotaz č. 2/1:

S fokusací ohniska 14 - 25 cm je průměr světelného pole, kterého se má dosáhnout v pracovní vzdálenosti 70 - 140 cm.

2/ "počet LED zdrojů pro překrytí min. 12"

Námi nabízené svítidlo má 15 LED zdrojů světla.

Odpověď na dotaz č. 2/2:

Pro minimalizaci stínů v operačním poli od jednotlivých LED zdrojů je požadováno minimálně 12 LED zdrojů, které svým pozičním uložením vytvářejí tok světla složený z jednotlivých zdrojů, jejichž světelné toky se vhodně vzájemně překrývají.

Zadavatel současně upravuje bod **9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY**

a mění termín přijetí nabídek z 2.11.2023 do 12:00 hod **na 7.11. 2023 do 12:00 hod**

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784