

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS

www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2014/.../FNBRNO – 15.2.1 – Va/So

Vaše zn.: -

V Brně 29. července 2014

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka 2 ks Anesteziologického přístroje pro Klinikou dětské anesteziologie a resuscitace, Pracoviště dětské medicíny, Fakultní nemocnice Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Medicínský účel – přístroj je určen k anestezii pacienta.

Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.

Přístroj musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

2. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text kupní smlouvy k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3. Další podmínky zadavatele

Součástí nabídky musí být, v českém jazyce:

- ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením klasifikační třídy

- doklad o splnění oznamovací povinnosti autorizovaného servisu v ČR dle § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,
- návod k přístroji na CD.

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu, možnosti zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin),
- seznam možného příslušenství včetně aktuální cen,
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje,
- podrobný popis veškerého příslušenství,
- kompletní nabídka včetně technických údajů s oceněním jednotlivých položek,
- roční náklady na spotřební materiál,
- doplnění níže uvedené tabulky

Místo servisu	Servisní práce: Kč/ hod	Cestovné: Kč/ km	Doba nástupu na opravu v záruce / mimo záruku	Zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské opravy	Čestnost předepsané servisní kontroly / PBTk	Cena předepsané servisní kontroly / PBTk	Klasifikační třída zdravotnického přístroje
Poznámky							

Pozn.: Tyto dokumenty jsou čistě informativní, požadované za účelem zjištění případných pozáručních servisních podmínek zájemce, možností dokoupení příslušenství, apod.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoliv důvodu) až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Celková nabídková cena bude zpracována v Kč bez DPH, včetně DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH, a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly bez nároku na úplatu nad rámec kupní ceny.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH.

6. Poskytování dodatečných informací

- V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen

doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě v listinné podobě a bude vložena do obálky označené slovy „Nabídka –**Anesteziologické přístroje**- Neotevírat“.

Nabídka bude obsahovat:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.,
- návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy,
- doklady dle 3. bodu této výzvy,
- cenová nabídka dle 4. bodu této výzvy.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 8. 8. 2014 do 11,00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- osobně na výše uvedené adrese v pavilónu P, Odbor obchodu a marketingu – Obchodní oddělení, dveře č. 1062, v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 – Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Lenka Soukupová, tel. 532 233 640

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Zadávací podmínky pro anesteziologický přístroj s komplexním monitoringem pro KDAR PDM – 2 ks

Univerzální použití pro dospělé i děti, modulární koncepce od jednoho výrobce

- ventilační režimy:
- manuální a spontánní ventilace
 - objemová řízená ventilace (IMV)
 - tlakově řízená ventilace (PCV)
 - BiLevel
 - CPAP/PSV
- dechový objem (TV) min: 5 – 1500 ml
 - dechová frekvence min : 4 –80/min
 - poměr I:E min od 2: 1 do 1 : 5
 - vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů (low – flow, minimal low – flow)
 - automaticky aktivovaný apnoe režim
 - PEEP elektronicky nastavitelný min : 3 - 20 cm H₂O
 - elektronicky řízený ventilátor
 - vizuální kontrola funkce a těsnosti systému (např. systém měchu ve válci)
 - 2 zdroje kyslíku (zálohový provoz z tlakových lahví)
 - integrovaný odvod anesteziologických plynů (odsávání přebytečných plynů z patientského okruhu) včetně hadice a koncovky do odsávání na pracovišti uživatele
 - možnost umístění dvou odpařovačů anestetik, jejich rychlá a snadná výměna a blokování současného použití
 - 2x odpařovač anestetik Isofluran a Sevofluran v ceně nabídky, včetně plicního adaptéru
 - dávkování plynů vybaveno systémem zabraňujícím hypoxické směsi (min 23 procent O₂ v jakékoliv směsi),
 - kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu
 - modulární monitor vitálních funkcí (min. :SpO₂, NIBP, EKG, HR, 2x invazivní krevní tlak, 2x tělesná teplota), barevná obrazovka min. 12“ LCD, včetně příslušenství (ekg kabel, SpO₂ čidla, manžety na NIBP, teploměry....)
 - měření hloubky anestezie včetně příslušenství
 - monitorace ventilačních parametrů – kompletní monitoring spirometrie (min. :Vt insp/ exp, Vmin insp/ exp, PEEP, Ppeak.Pplat, Compliance, Rezistence...), smyčky plicní mechaniky (tlak-objem,průtok –objem) , měření na kanyle pacienta (nikoli z ventilátoru)
 - kompletní analýza plynů (hodnoty O₂, N₂O, CO₂ a anesteziologických plynů), měření MAC, měření O₂ bezúdržbovým čidlem (např. paramagnetické), měření spotřeby FiO₂-EtO₂
 - integrovaná odsávačka bronchů
 - záložní bateriový zdroj na min. 30 min. provozu (ventilátor, monitor)
 - připojení na stávající rozvody medicinálních plynů (MZ Liberec)-vzduch, O₂, N₂O, vakuum, včetně přívodních tlakových hadic

- akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti
- jednoduchý testovací režim
- vozík na přístroj, včetně držáku na 2ks 10l tlakové lahve, kolečka vybavena brzdou, úchyty pro usnadnění transportu
- min. 2 ks úložných zásuvek na příslušenství
- malý patientský okruh včetně hadic a absorberu **s uvedením mrtvého prostoru**
- náhradní příslušenství pro okamžité použití přístroje pro další operaci (sterilizace) min 2 hadicové okruhy pro dospělé a děti včetně manuální ventilace v ceně nabídky
- možnost připojení jednocestných okruhů
- napájení 230 V/50 Hz

Další požadavky při předání:

- certifikace výrobce ISO (pokud má),
- 1 originální návod (možnost na CD/DVD),
- 2 návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf).