

Naše zn.: 2023/165507/FNBčno - 15.2.1 – Ma
Vaše zn.: -

V Brně dne 7. 11. 2023

VZMR Ureteroskop, E-ZAK ev.č. P23V00000572

Odpověď na vysvětlení dotazu

Dotaz č. 1:

Zadavatel ve výběrovém řízení „Ureteroskop“ v dokumentu „Příloha č. 1 - Technická specifikace.xlsx“ uvádí parametr „minimální průměr pracovního kanálu 6,4 Fr.“.

Účastník se domnívá, že není možné nabídnout minimální průměr pracovního kanálu 6,4 Fr., jelikož Zadavatel požaduje taktéž parametr „průměr atraumatického distálního konce max. 7,3 Fr.“
Účastník je schopen nabídnout pracovní kanál o průměru 4 Fr. při průměru atraumatického distálního konce max. 6 Fr.

Účastník se domnívá, že nabízené řešení je vhodnější pro pediatrické pacienty a splňuje tím lépe medicínský účel.

Bude Zadavatel akceptovat Účastníkem nabízené řešení renomované německé značky?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na zadání uvedené v technické specifikaci.

Dotaz č. 2:

Zadavatel ve výběrovém řízení „Ureteroskop“ v dokumentu „Příloha č. 1 - Technická specifikace.xlsx“ uvádí parametr „extrakční kleště, semiflexibilní, zoubky, 5 Fr. x 570 mm, oboustranně otevíratelné branže, 1 ks“.

Účastník nabízí pro 4 Fr. pracovní kanál flexibilní extrakční kleště 4 Fr. x 600 mm, oboustranně otevíratelné branže, 1 ks.

Bude Zadavatel akceptovat Účastníkem nabízené řešení renomované německé značky?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na zadání uvedené v technické specifikaci.

Dotaz č. 3:

Zadavatel ve výběrovém řízení „Ureteroskop“ v dokumentu „Příloha č. 1 - Technická specifikace.xlsx“ uvádí parametr „bioptické kleště, semiflexibilní, zoubky, 5 Fr. x 570 mm, oboustranně otevíratelné branže, 1 ks“.

Účastník nabízí pro 4 Fr. pracovní kanál flexibilní bioptické kleště 4 Fr. x 600 mm, oboustranně otevíratelné branže, 1 ks.

Bude Zadavatel akceptovat Účastníkem nabízené řešení renomované německé značky?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na zadání uvedené v technické specifikaci.

S pozdravem

Lucie Malíková
Obchodní oddělení - úsek pořizování investic
tel. 532 232 848